

Instruction for use

IMM1035_IFU.Version6.2018-12-17



OneManSling

immedia
a part of Etac

Index

Illustrations.....3

User manual – English4

Bruksanvisning – Svenska.....9

Bruksanvisning – Norsk 14

Brugervejledning – Dansk..... 19

Käyttöohjeet – Suomi.....24

Gebrauchsanweisung – Deutsch ... 29

Gebruiksaanwijzing – Nederlands ... 34

Instruction d'utilisation – Francais... 39


Istruzioni per l'uso – Italiano 44

Instrucciones de uso – Español 49


See www.etac.com



Illustrations



1



2

3

General

Thank you for choosing an Etac product.

To avoid accidents and injury when moving and handling the products, please read this manual carefully.

The person described as "the user" in this "Instruction for Use" is the person who is lying or sitting on the product. The carers are the people who manoeuvre the product.



This symbol appears alongside the text in the manual. It draws the reader's attention to points at which there may be a risk to the health and safety of the user or carer.

These products comply with the standards applicable for Class 1 products in the European Council Directive MDD 93/42/EEC on medical devices.

At Etac we strive to continually improve our products and therefore we reserve the right to make changes to products without prior warning. All measurements given on illustrations

and similar material are for guidance only and Etac cannot be held liable for errors and defects.

The information given in this manual, including recommendations, combinations and sizing, does not apply to special orders and modifications. If the customer makes adjustments, repairs or uses combinations not predetermined by Etac, the Etac CE certification and Etac warranty will not be valid. If in doubt, please contact Etac.

Warranty: Two-year warranty on material and manufacturing defects, provided that the product is used correctly.

For further information on the Etac transfer range, see www.etac.com.

The product can be scrapped in accordance with national regulations.

Symbols in general



Washing



pH level



Do not bleach



Wipe off



Tumbledry



Iron



Do not dryclean



Read the user manual



User mass limit = maximum rated load



The product can be scrapped according to national regulations



Manufacturer

Class 1 - European Council Directive MDD 93/42/EEC on medical devices



Production year, month and day
YYYY-MM-DD



Risk of sliding down



Batch no./Lot no.

Intended use

OneManSling has been specially developed for manual handling of a user higher up in the bed when only one carer is available for the task.

Intended environment

Acute care, Long-term care, Home care

Practical handling

Positioning

The black webbing strap is fastened to a stable part of the bed frame at the head end.

Attach the glide sleeve to the webbing strap and feed it past the handles, so that it glides without obstruction.

Use

Moving the user higher up in the bed

The user bends his/her legs slightly.

OneManSling is pushed under the user's legs and is pulled until the glide sleeve lies against the user's rear.

The rest of the webbing strap with the handles is fed to the opposite side of the bed.

The carer moves around to the opposite side of the bed at the head end. The carer positions a MultiGlide under the user's pillow and pulls down so that it covers the user's shoulders.

Further glide devices can be added under the user's rear (and under the legs if the user is not able to bend his/her knees).

The carer stands with one foot forward, grasps one or two of the handles closest to the user's hip and uses weight transference (Illustrations 1 and 2).

The procedure can be repeated if necessary.

After manual handling, remove MultiGlide and feed OneManSling back to the opposite side at the head end, where it can be stored until the next time.

Legs into bed

Attach OneManSling to a stable part of the bed frame at the foot end on one of the long sides (the same side as where the user sits on the edge of the bed).

Feed OneManSling under the user's knees (closest to the foot end) and around the ankle of the other leg, so that the user's legs are above OneManSling.

When the user is ready, the carer pulls the OneManSling handles in the direction of the foot end.

Both of the user's legs are now pulled towards the foot end. The carer continues to move around the end of the bed in an arch, ending up at the opposite side of the bed.

There is no need to lift the webbing strap. The carer simply has to move in an arch around the foot end.

When the carer reaches the foot end on the opposite side, she/he can continue to pull on the strap until the user's legs are in the middle of the bed.

For optimal gliding movement, a Glide Cushion or MultiGlide can be used at the edge of the bed at the foot end under OneManSling.

NB! This manual handling must be carried out by two carers if the user is unable to lay down his/her upper body by him/herself. The bed headboard can be raised if necessary.

Notice

Special features

Always check the product before use and after washing.



There is a risk that the user may slide off. Never leave the user alone on the edge of the bed.

Never use a defective product. If the product shows signs of wear-and-tear, it must be scrapped.



Never leave the product on the floor.

Read these instructions carefully.



Always conduct a risk assessment, and ensure that the assistive product can be used for the individual user and, in combination with other devices, that it is safe for the user and carers.

It is important that carers receive instruction in manual handling. Etac offers advice and training for carers. For further information, contact Etac.



Do not use the product as a sling.

Always use the correct manual handling techniques.

Encourage the user to assist where possible.

To ensure that the user feels safe and that every manual handling is smooth, always plan the manual handling in advance.

If in any doubt - please contact Etac.

Material and cleaning

Material:

Belt: Polyester.

GlideSheet:

Inner surface: Nylon

Outer surface: Polyurethane

Filling: Polyester (machine-washable at 95°C).

The product should be checked regularly, preferably each time it is used, and especially after washing.

Check that there is no damage to seams or fabric.



Never try to repair a product yourself.

Never use a defective product.

Washing instructions:

Separate the two parts before washing.

Do not use fabric softener.

This product can be cleaned with a solvent-free cleaning agent with a pH level between 5 and 9, or a 70% disinfection solution.



Products and accessories

Article no.	Product Description	Size (mm)
IM460PU	OneManSling	W75xL3000

Combinations

Article no.	Product Description	Size (mm) (open on the width)
IM100	MultiGlide vertical XXS	W1000xL700
IM103/1	MultiGlide vertical XS	W1000xL1350
IM102	MultiGlide vertical S	W1000xL2000
IM108	MultiGlide vertical M	W1080xL800
IM120	MultiGlide vertical L	W1200xL700
IM130	MultiGlide vertical XXL	W1300xL800
IM168	MultiGlide vertical XXXL	W1600xL800
IM200	MultiGlide vertical XXXXL	W2000xL700
IM40	MultiGlide lateral XXS	W400xL400
IM62	MultiGlide lateral XS	W600xL250
IM66	MultiGlide lateral S	W600xL600
IM77	MultiGlide lateral M	W720xL700
IM88	MultiGlide lateral L	W800xL800
IM80	MultiGlide lateral XL	W720xL1000
IM83	MultiGlide lateral XXL	W720xL1300
IM82	MultiGlide lateral XXXL	W700xL2000
IM00100	MultiGlide SG vertical XXS	W1000xL700
IM00108	MultiGlide SG vertical M	W1080xL800
IM00120/1	MultiGlide SG vertical XL	W1200xL900
IM00139	MultiGlide SG vertical XXL	W1300xL900
IM00130	MultiGlide SG vertical XXL - mini	W1300xL800
IM00170	MultiGlide SG vertical XXL - wide	W1400xL1200
IM00200	MultiGlide SG vertical XXXXL	W2000xL700
IM0040	MultiGlide SG lateral XXS	W400xL400
IM0066	MultiGlide SG lateral S	W600xL600
IM0077	MultiGlide SG lateral M	W720xL700
IM0088	MultiGlide SG lateral L	W800xL800
IM0080	MultiGlide SG lateral XL	W720xL1000
IM0083	MultiGlide SG lateral XXL	W720xL1300
IM0082	MultiGlide SG vertical XXXXL	W700xL2000
IM100/140	MultiGlide open	W1000xL1400
IM00150/70	MultiGlide SG open	W1500xL700
IM2245	MultiGlide SG Roll. 10 metres	W1500xL10000
IM2249	MultiGlide SG Roll. 100 metres	W1500xL100000
IM60/25N	GlideCushion Nylon XS	W600xL250
IM60/50	GlideCushion S	W600xL500
IM60/90	GlideCushion M	W600xL900
IM69/70	GlideCushion L	W690xL700
IM90/90	GlideCushion XL	W900xL900
IM4303	GlideCushion S set Incl. IM60/50 + IM6000N	
IM130DR	MultiGlide w/handles	W1300xL800
IM160DR	MultiGlide w/handles	W1600xL800

Service information

Inspection

Thank you for choosing an Etac product. If the customer makes adjustments, repairs or uses combinations not predetermined by Etac, the Etac CE certification and Etac warranty will not be valid.

Warranty: Two-year warranty on material and manufacturing defects, provided that the product is used correctly. Before taking a product into service always conduct a risk assessment according to national and/or local legislation.

First inspection:

- Is the packaging intact?
- Read the label on the packaging and check the article no. and product description.
- Check that Short Instruction is enclosed – updated User Manual/Instruction for use can be downloaded from www.etac.com or contact Etac Customer Service or your local distributor.

- Check the label on the product - does it include article no., product description, lot/batch no., cleaning instructions and supplier name?

Periodic Inspection:

- Make sure that your Manual transfer system is always in perfect condition.
- After wash – always check materials, stitching, handles, buckles.
- If the product shows signs of wear and tear, it must be removed from service immediately.




Visual inspection/Check the product:

Ensure that the materials, seams, stitching, handles, buckles are intact/faultless.



Stability test:

Try to bend the product and verify that it feels firm, stable and solid.



Mechanical load or stress/Test handles:

Pull hard on the handles in opposite directions and check the material, seams and stitching.

Test buckles:

Lock the buckle and pull in opposite directions, check the buckle and the stitching.



Test low/high friction:

Place the product on a firm surface or a bed, place your hands on the material and test the friction by pushing your hands down into the product.

Low friction – slides effortlessly

High friction – no sliding/movement

Check

Manual transfer aids with handles, straps and buckles:



Manual transfer aids for sitting and lying transfer:



Manual transfer aids with high or low friction:



If in doubt, please contact Etac Customer Service or local distributor for more information and guidance.

For more information about training and the use of these products, contact the Etac transfer experts – www.etac.com.

 The product can be scrapped in accordance with national regulations



Read the User Manual



Class 1 - European Council
Directive MDD 93/42/EEC
on medical devices

Allmänt

Tack för att du har valt en produkt från Etac.

För att undvika olyckor och personskador vid hantering och användning av produkten bör du läsa igenom bruksanvisningen noga.

Den person som beskrivs som "brukaren" i dessa instruktioner är personen som ligger eller sitter på produkten. Hjälparna är de personer som manövrerar produkten.



Den här symbolen förekommer i manualen tillsammans med text. Den vill påkalla uppmärksamhet när brukarens eller hjälparens säkerhet kan äventyras.

Produkten uppfyller de standarder som gäller för klass 1-produkter i Europarådets direktiv MDD 93/42/EEG för medicinsk utrustning.

På Etac strävar vi efter att hela tiden förbättra våra produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att göra ändringar av produkterna utan att meddela detta i förväg. Alla mått som

anges på bilder och i liknande material är endast vägledande. Etac kan inte hållas ansvariga för felaktigheter och brister.

Informationen i dessa instruktioner, inklusive rekommendationer, kombinationer och storlekar, gäller inte för specialbeställningar och modifieringar. Om kunden gör några ändringar, reparationer eller kombinationer som inte har godkänts av Etac, upphör Etacs CE-certifiering och garanti att gälla. Kontakta Etac om du har några frågor.

Garanti: Två års garanti för material- och tillverkningsfel, under förutsättning att produkten används på rätt sätt.

Mer information om Etacs sortiment av förflyttningsprodukter finns på www.etac.com.

Produkten kan avfallshanteras i enlighet med nationella bestämmelser.

Allmänna symboler



Tvätt



pH-nivå



Ingem blekning



Avtorkning



Torktumling



Lämna aldrig på golvet



Strykning



Nedglidningsrisk



Ingem kemtvätt



Skydda från solljus



Läs bruksanvisningen



Största massa för brukare = maximal belastning



Produkten kan avfalls- hanteras i enlighet med nationella bestämmelser



Tillverkare



Klass 1 – Europarådets direktiv MDD 93/42/ EEG för medicinsk utrustning

Avsedd användning

OneManSling är särskilt utvecklad för att manuellt flytta en brukare högre upp i sängen när endast en hjälpare finns tillgänglig.

Avsedd miljö

Akutvård, långvarig vård och vård i hemmet.

Praktiskt handhavande

Placering

Det svarta nätbältet fästs i en stabil del av sänggramens huvudände.

Fäst fodralet i nätbältet och för det förbi handtagen så att det glider obehindrat.

Användning

Placera brukaren högre upp i sängen

Brukaren böjer lätt på benen.

OneManSling förs in under brukarens ben och dras åt tills fodralet vilar mot brukarens bakdel.

Resten av nätmremen med handtagen förs över till andra sidan av sängen.

Hjälparen går runt till motsatta sidan av sängen vid huvudänden. Hjälparen placerar en MultiGlide under brukarens kudde och drar nedåt så att den täcker brukarens axlar.

Fler glidenheter kan användas under brukarens bakdel (och under benen om brukaren inte kan böja sina knän).

Hjälparen står med en fot framför den andra, tar tag i en eller två av handtagen närmast brukarens höft och använder viktöverföring (bild 1 och 2).

Metoden kan upprepas vid behov.

Efter den manuella hanteringen tas MultiGlide bort och OneManSling förs tillbaka till huvudänden på den motsatta sidan, där den kan förvaras till nästa gång.

Lyfta upp benen i sängen

Fäst OneManSling i en stabil del av sängramen i fotänden eller en av längsidorna (samma sida där brukaren sitter på sängkanten).

Mata OneManSling under brukarens knän (närmast fotänden) och runt ankeln på det andra benet, så att brukarens ben finns ovanför OneManSling.

När brukaren är redo drar hjälparen i handtagen på OneManSling i riktning mot fotänden.

Båda brukarens ben dras nu mot fotänden. Hjälparen fortsätter att flytta sig runt änden av sängen i en båge till den motsatta sidan av sängen.

Nätbältet behöver inte lyftas. Hjälparen behöver bara röra sig i en båge runt fotänden.

När hjälparen kommer till fotänden på den motsatta sidan kan han/hon fortsätta dra i remmen tills brukarens ben ligger i mitten av sängen.

För en optimal glidrörelse kan en GlideCushion eller MultiGlide användas vid sängkanten i fotänden under OneManSling.

Obs! Om brukaren inte kan föra ned överkroppen själv måste den manuella hanteringen skötas av två hjälpare. Huvudänden kan höjas vid behov.

Information

Särskilda egenskaper

Kontrollera alltid produkten före användning och efter rengöring.

Använd aldrig en defekt produkt. Om produkten är sliten måste den kasseras.

Läs dessa instruktioner noga.

Det är viktigt att hjälparna får instruktioner i manuell förflyttningsteknik. Etac erbjuder råd och utbildning för hjälpare. Kontakta Etac om du vill veta mer.

Använd alltid rätt förflyttningsteknik.

Uppmuntra brukaren att hjälpa till så mycket som möjligt.

Planera alltid förflyttningen i förväg så att brukaren känner sig trygg och förflyttningen går smidigt.



Det finns risk att brukaren kan glida av. Lämna aldrig brukaren ensam på sängkanten.



Lämna aldrig produkten på golvet.



Genomför alltid en riskbedömning, kontrollera att hjälpmedlet går att använda hos den enskilde brukaren och se till att det är säkert för brukaren och hjälparna att använda det tillsammans med andra hjälpmedel.



Använd inte produkten som en lyftsele.



Kontakta Etac om du har några frågor.

Material och rengöring

Material:

Bälte: Polyester.

Fodral:

Insida: Nylon

Utsida: Polyuretan

Stopning: Polyester (maskintvättbar i 95 °C)

Produkten bör kontrolleras regelbundet, helst varje gång den ska användas och särskilt efter tvätt.

Kontrollera att sömmar och tyg inte är skadade.

Tvättinstruktioner:

Separera de båda delarna ifrån varandra före tvätt.

Använd inte sköljmedel.

Produkten kan rengöras med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5–9 eller med 70 % tvättsprit.



Försök aldrig att reparera en produkt själv.

Använd aldrig en defekt produkt.



Produkter och tillbehör

Artikelnr	Produktbeskrivning	Storlek (mm)
IM460PU	OneManSling	W75xL3000

Kombinationer

Artikelnr	Produktbeskrivning	Storlek (mm) (öppen längs bredden)
IM100	MultiGlide vertical XXS	W1000xL700
IM103/1	MultiGlide vertical XS	W1000xL1350
IM102	MultiGlide vertical S	W1000xL2000
IM108	MultiGlide vertical M	W1080xL800
IM120	MultiGlide vertical L	W1200xL700
IM130	MultiGlide vertical XXL	W1300xL800
IM168	MultiGlide vertical XXXL	W1600xL800
IM200	MultiGlide vertical XXXXL	W2000xL700
IM40	MultiGlide lateral XXS	W400xL400
IM62	MultiGlide lateral XS	W600xL250
IM66	MultiGlide lateral S	W600xL600
IM77	MultiGlide lateral M	W720xL700
IM88	MultiGlide lateral L	W800xL800
IM80	MultiGlide lateral XL	W720xL1000
IM83	MultiGlide lateral XXL	W720xL1300
IM82	MultiGlide lateral XXXL	W700xL2000
IM00100	MultiGlide SG vertical XXS	W1000xL700
IM00108	MultiGlide SG vertical M	W1080xL800
IM00120/1	MultiGlide SG vertical XL	W1200xL900
IM00139	MultiGlide SG vertical XXL	W1300xL900
IM00130	MultiGlide SG vertical XXL - mini	W1300xL800
IM00170	MultiGlide SG vertical XXL - wide	W1400xL1200
IM00200	MultiGlide SG vertical XXXXL	W2000xL700
IM0040	MultiGlide SG lateral XXS	W400xL400
IM0066	MultiGlide SG lateral S	W600xL600
IM0077	MultiGlide SG lateral M	W720xL700
IM0088	MultiGlide SG lateral L	W800xL800
IM0080	MultiGlide SG lateral XL	W720xL1000
IM0083	MultiGlide SG lateral XXL	W720xL1300
IM0082	MultiGlide SG vertical XXXXL	W700xL2000
IM100/140	MultiGlide open	W1000xL1400
IM00150/70	MultiGlide SG open	W1500xL700
IM2245	MultiGlide SG Roll. 10 metres	W1500xL10000
IM2249	MultiGlide SG Roll. 100 metres	W1500xL100000
IM60/25N	GlideCushion Nylon XS	W600xL250
IM60/50	GlideCushion S	W600xL500
IM60/90	GlideCushion M	W600xL900
IM69/70	GlideCushion L	W690xL700
IM90/90	GlideCushion XL	W900xL900
IM4303	GlideCushion S set Incl. IM60/50 + IM6000N	
IM130DR	MultiGlide w/handles	W1300xL800
IM160DR	MultiGlide w/handles	W1600xL800

Serviceinformation

Inspektion

Tack för att du har valt en produkt från Etac. Om kunden gör några ändringar, reparationer eller kombinationer som inte har godkänts av Etac, upphör Etacs CE-certifiering och garanti att gälla.

Garanti: Två års garanti för material- och tillverkningsfel, under förutsättning att produkten används på rätt sätt. Innan du använder en produkt bör du alltid genomföra en riskbedömning i enlighet med nationell och/eller lokal lagstiftning.


Första inspektion:

- Är förpackningen oskadad?
- Läs etiketten på förpackningen och kontrollera artikelnummer och produktbeskrivning.
- Kontrollera att Kortinformationen har bifogats – en aktuell bruksanvisning kan laddas ned från www.etac.se eller beställas via Etacs kundtjänst eller din lokala återförsäljare.



Visuell inspektion/kontrollera produkten:

Kontrollera att material, sömmar, stygn, handtag och spännen är hela/utan fel.



Mekanisk belastning/test av handtag:

Dra hårt i handtagen åt motsatt håll och kontrollera material, sömmar och stygn.

Test av spännen:

Stäng spännet och dra åt motsatt håll. Kontrollera spännet och styggen.

- Kontrollera etiketten på produkten – innehåller den artikelnummer, produktbeskrivning, parti-/batchnummer, rengöringsinstruktioner och leverantörens namn?

Regelbundna inspektioner:

- Kontrollera att det manuella överflyttningssystemet alltid är i perfekt skick.
- Kontrollera alltid material, sömmar, handtag och spännen efter rengöring.
- Om produkten visar spår av förslitning måste den omedelbart tas ur bruk.



Stabilitetstest:

Försök att böja produkten för att kontrollera att den känns fast och stabil.



Testa låg/hög friktion:

Placerera produkten på en fast yta eller säng, lägg händerna på materialet och testa friktionen genom att trycka händerna ned mot produkten. Låg friktion – glider enkelt
Hög friktion – glider/rör sig inte

Kontrollera

Hjälpmittel för manuell förflyttning med handtag, remmar och spännen:



Hjälpmittel för manuell förflyttning, sittande och liggande:



Hjälpmittel för manuell förflyttning med hög eller låg friktion:



Kontakta Etacs kundtjänst eller din lokala återförsäljare om du har frågor eller vill ha mer information.

Produkten kan avfalls-handteras i enlighet med nationella bestämmelser

Läs bruks-anvisningen

Om du vill ha mer information om utbildning och användning av produkterna kontaktar du Etacs förflyttningsexperter – www.etac.com.



Klass 1 – Europarådets direktiv MDD 93/42/EEG för medicinsk utrustning

Generelt

Takk for at du har valgt et produkt fra Etac.

Les bruksanvisningen grundig for å unngå uhell og skader under flytting og bruk av produktene.

Personen som betegnes som "brukeren" i denne bruksanvisningen er personen som ligger i, eller sitter på, produktet. Assistenten eller assistentene er personene som manøvrerer produktet.



Dette symbolet vises ved siden av teksten i bruksanvisningen. Den trekker leserens oppmerksomhet mot punkter hvor det kan være fare for brukerens eller assistentens helse eller sikkerhet.

Produktene overholder standardene for Klasse 1-produkter i EU-direktiv MDD 93/42/EEC Medisinsk utstyr.

Hos Etac arbeider vi kontinuerlig med å forbedre produktene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre produktene uten

ytterligere forvarsel. Alle mål i illustrasjoner og liknende materiell er kun veilegende. Etac er ikke ansvarlig for feil og defekter.

Innholdet i denne bruksanvisningen, inkludert anbefalinger, kombinasjoner og størrelser, gjelder ikke ved spesialbestillinger eller modifikasjoner. Hvis kunden foretar justeringer, reparasjoner eller kombinasjoner som ikke er avtalt med Etac på forhånd, vil Etacs CE-sertifisering og garanti være ugyldig. Kontakt Etac hvis du er i tvil.

Garanti: To års garanti mot material- og produksjonsfeil forutsatt at produktet brukes på riktig måte.

Se www.etac.no for mer informasjon om Etacs forflytningshjelpe midler.

Produktet kan kasseres i henhold til gjeldende regelverk.

Generelle symboler



Vasking



pH-nivå



Må ikke blekes



Tørkes av med klut



Tørkes i tørketrommel



Strykkes



Etterlat ikke produktet på gulvet



Må ikke renses



Må ikke utsettes for sollys



Les bruksanvisningen



Advarsel



Produksjonsår, måned og dag
YYY-MM-DD



Batchnummer /
LOT-nummer.



Maks brukervekt = maksimalt testet belastning



Produktet kan kasseres i henhold til gjeldende regelverk.



Produsent



Klasse 1 – EU-direktiv
MDD 93/42/EEC
Medisinsk utstyr

Bruksområde

OneManSling er spesialutviklet for manuell forflytning for å trekke en bruker høyere opp i sengen når det kun er én assistent tilgjengelig.

Bruksmiljø

Akuttmottak, sykehus, hjemmesykepleie

Praktisk bruk

Plassering

Det sorte beltet festes på et stabilt sted på sengerammen ved hodeenden.

Fest trekket til beltet, og før det forbi håndtakene slik at det glir uten motstand.

Bruk

Forflytte brukeren høyere opp i sengen.

Brukeren bøyer beina litt.

OneManSling skyves under brukerens bein og trekkes opp til trekket ligger mot brukerens setemuskler.

Resten av den vevde stroppen med håndtakene mates til motsatt side av sengen.

Assistenten går til den andre siden av sengen ved hodeenden. Assistenten plasserer en MultiGlide under brukerens pute og trekker ned slik at den dekker brukerens skuldre.

Flere glidehjelpeidler kan legges under brukerens setemuskler (og under beina hvis brukeren ikke er i stand til å bøye knærne sine).

Assistenten står med en fot foran den andre, tar tak i ett eller to av håndtakene nærmest brukerens hofter og utfører vektoverføring (illustrasjon 1 og 2). Prosedyren kan gjentas hvis det er behov for det.

Etter manuell forflytning fjernes MultiGlide, og OneManSling mates tilbake til motsatt side ved hodeenden, hvor den kan oppbevares til neste gang.

Fötter inn i sängen

Fest OneManSling på et stabilt sted på sengerammen ved fotenden på en av langsidene (på samme side som brukeren sitter på sengekanten).

Mat OneManSling under brukerens knær (närmast fotenden) og rundt det andre beinets ankel slik at brukerens ben er over OneManSling.

När brukeren är klar, trekker assistenten håndtakene på OneManSling mot fotenden.

Nå trekkes begge brukerens ben mot fotenden. Assistenten beveger seg rundt sengeenden i en bue og avslutter på motsatt side av sängen.

Det är inte behov för att löfte det vevda beltet. Assistenten beveger sig bara i en bue runt fotenden.

När assistenten når fotenden på motsatt sida, kan han eller hon fortsätta att trekka i stroppen till brukerens ben ligger mitt i sängen.

For optimal glidning kan assistenten bruke en GlideCushion eller MultiGlide ved sengekanten i fotenden under OneManSling.

NB! Hvis brukeren ikke er i stand til å legge ned overkroppen sin selv, må denne manuelle forflytningen utføres av to assistenter. Hodeenden kan heves hvis det er behov for det.

Merknad

Spesialfunksjoner

Produktet må alltid kontrolleres før bruk og etter rengjøring.

Hvis produktet er defekt, må det ikke brukes. Hvis produktet virker slitt, må det kastes.

Les bruksanvisningen grundig.

Det er viktig at assistenter får opplæring i manuell forflytning. Etac tilbyr rådgivning og opplæring av assistenter. Kontakt Etac for ytterligere informasjon.

Korrekte teknikker for manuell forflytning må alltid brukes.

Brukeren kan oppfordres til å bidra når det er mulig.

Den manuelle forflytningen må alltid planlegges på forhånd for å sikre at brukeren er trygg og at all manuell forflytning foregår så smidig som mulig.



Brukeren kan gli av utstyret. Brukeren må aldri forlates på sengekanten.



Produktet må aldri forlates på gulvet.



Det må alltid foretas en risikovurdering, og det må kontrolleres at hjelpeimidelet kan brukes sammen med den individuelle brukeren og i kombinasjon med annet utstyr slik at både brukeren og assistenten er trygg.



Ikke bruk produktet som løftesele.

Kontakt Etac hvis du er i tvil.

Materiale og rengjøring

Materiale:

Belte: Polyester.

Trekk:

Indre overflate: Nylon

Ytre overflate: Polyuretan

Fyll: Polyester (kan vaskes i maskin på 95 °C)

Produktet skal kontrolleres regelmessig, fortrinnsvis ved hver bruk, og ekstra nøye etter vask.

Kontroller at sømmer og stoff ikke er skadet.

Vaskeinstruks:

Del de to delene før vasking.

Ikke bruk tøymykner.

Produktet kan vaskes med et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel med pH mellom 5 og 9, eller desinfiseres med 70 % koncentrasjon.



**Du må aldri forsøke å reparere produktet selv.
Hvis produktet er defekt, må det ikke brukes.**

Produkter og tilbehør

Artikkelnr.	Beskrivelse	Størrelse (mm)
IM460PU	OneManSling	W75xL3000

Kombinasjoner

Artikkelnr.	Beskrivelse	Størrelse (mm) (åpning på siden)
IM100	MultiGlide vertical XXS	W1000xL700
IM103/1	MultiGlide vertical XS	W1000xL1350
IM102	MultiGlide vertical S	W1000xL2000
IM108	MultiGlide vertical M	W1080xL800
IM120	MultiGlide vertical L	W1200xL700
IM130	MultiGlide vertical XXL	W1300xL800
IM168	MultiGlide vertical XXXL	W1600xL800
IM200	MultiGlide vertical XXXXL	W2000xL700
IM40	MultiGlide lateral XXS	W400xL400
IM62	MultiGlide lateral XS	W600xL250
IM66	MultiGlide lateral S	W600xL600
IM77	MultiGlide lateral M	W720xL700
IM88	MultiGlide lateral L	W800xL800
IM80	MultiGlide lateral XL	W720xL1000
IM83	MultiGlide lateral XXL	W720xL1300
IM82	MultiGlide lateral XXXL	W700xL2000
IM00100	MultiGlide SG vertical XXS	W1000xL700
IM00108	MultiGlide SG vertical M	W1080xL800
IM00120/1	MultiGlide SG vertical XL	W1200xL900
IM00139	MultiGlide SG vertical XXL	W1300xL900
IM00130	MultiGlide SG vertical XXL - mini	W1300xL800
IM00170	MultiGlide SG vertical XXL - wide	W1400xL1200
IM00200	MultiGlide SG vertical XXXXL	W2000xL700
IM0040	MultiGlide SG lateral XXS	W400xL400
IM0066	MultiGlide SG lateral S	W600xL600
IM0077	MultiGlide SG lateral M	W720xL700
IM0088	MultiGlide SG lateral L	W800xL800
IM0080	MultiGlide SG lateral XL	W720xL1000
IM0083	MultiGlide SG lateral XXL	W720xL1300
IM0082	MultiGlide SG vertical XXXXL	W700xL2000
IM100/140	MultiGlide open	W1000xL1400
IM00150/70	MultiGlide SG open	W1500xL700
IM2245	MultiGlide SG Roll. 10 metres	W1500xL10000
IM2249	MultiGlide SG Roll. 100 metres	W1500xL100000
IM60/25N	GlideCushion Nylon XS	W600xL250
IM60/50	GlideCushion S	W600xL500
IM60/90	GlideCushion M	W600xL900
IM69/70	GlideCushion L	W690xL700
IM90/90	GlideCushion XL	W900xL900
IM4303	GlideCushion S set Incl. IM60/50 + IM6000N	
IM130DR	MultiGlide w/handles	W1300xL800
IM160DR	MultiGlide w/handles	W1600xL800

Serviceinformasjon

Inspeksjon

Takk for at du har valgt et produkt fra Etac. Hvis kunden foretar justeringer, reparasjoner eller kombinasjoner som ikke er avtalt med Etac på forhånd, vil Etacs CE-sertifisering og garanti være ugyldig.

Garanti: To års garanti mot material- og produksjonsfeil forutsatt at produktet brukes på riktig måte. Før produktet tas i bruk, må det alltid gjennomføres en risikovurdering i henhold til nasjonalt og/eller lokalt lovverk.


Første gangs inspeksjon:

- Er emballasjen hel?
- Les etiketten på emballasjen, og kontroller artikkelenummer og produktbeskrivelse.
- Kontroller at den kort brukerveiledning er vedlagt. Oppdatert bruksanvisning kan lastes ned fra www.etac.no. Du kan også kontakte Etacs kundeservice eller din forhandler.



Visuell inspeksjon / kontroller produktet:

Kontroller at materialene, sømmene, håndtakene og stroppene er hele og uten feil.



Mekanisk belastning eller stress /

Test av håndtak:

Trekk hardt i håndtakene i flere retninger, og kontroller materialet og sømmene.

Test av spenner:

Fest spennene, og trekk i flere retninger. Kontroller spennen og sømmene.

- Kontroller etiketten på produktet. Inneholder den artikkelenummer, produktbeskrivelse, LOT-/batchnummer, vaskeanvisning og leverandørens navn?

Periodisk inspeksjon:

- Kontroller at det manuelle forflytningshjelpeidet alltid er i god stand.
- Materialer, sømmer, håndtak og spenner må alltid kontrolleres etter rengjøring.
- Hvis produktet har tegn på slitasje, må det umiddelbart tas ut av bruk.



Stabilitetstest:

Forsøk å bøye produktet. Kontroller at det føles fast, stabilt og solid.



Test lav/høy friksjon:

Plasser produktet på fast underlag eller en seng, legg hendene på materialet og test friksjonen ved å presse hendene dine ned i produktet.

Lav friksjon – glir uten motstand

Høy friksjon – ingen glidning/bevegelse

Kontroller

Manuelle forflytningshjelpeidler med håndtak, stropper og spenner:



Manuelle forflytningshjelpeidler med høy eller lav friksjon:



Hvis du er i tvil, kan du kontakte Etac kundeservice eller din lokale forhandler for mer informasjon og veiledering.

Manuelle forflytningshjelpeidler for sittende og liggende forflytning:



Produktet kan kasseres i henhold til gjeldende regelverk.

Les bruksanvisningen

Kontakt Etacs forflytningsekspert, www.etac.no, for mer informasjon om opplæring og bruk av disse produktene.



Klasse 1 – EU-direktiv
MDD 93/42/EEC
Medisinsk utstyr

Generelt

Tak, fordi du valgte et produkt fra Etac.

For at undgå ulykker og skader i forbindelse med håndtering og brug af produkterne, skal denne manual læses grundigt igennem.

Brugeren i denne manual er den person, der ligger eller sidder på produktet. Hjælperen er den person, der manøvrerer produktet.



Dette symbol forekommer i manuelen sammen med teksten for at gøre opmærksom på tidspunkter, hvor der er risiko for brugerens eller hjælpernes sikkerhed.

Produkterne opfylder kravene i henhold til direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger for klasse 1-produkter.

Hos Etac bestræber vi os på kontinuerligt at forbedre vores produkter. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre produkterne uden forudgående meddelelse. Alle mål, der angives på

illustrationer eller andet materiale, er kun vejledende, og der tages forbehold for fejl og mangler.

Informationen i denne manual, inkl. anbefalinger, kombinationer og størrelser, gælder ikke for specialtilpasninger og modifikationer. Hvis kunden foretager ændringer, reparationer eller kombinationer, der ikke er godkendt af Etac, bortfalder Etacs CE-mærkning, og Etacs garanti ophører. Ved tvivl kontakt venligst Etac.

Garanti: To år på materiale- og produktionsfejl ved korrekt anvendelse af produktet.

For yderligere information om Etacs sortiment indenfor forflytning se www.etac.com.

Produktet bortsaffes i henhold til nationale regler.

Symboler



Vask



pH-værdi



Ingen blegning



Aftørring



Tørretumbler



Strygning



Ingen rens



Læs manual



Advarsel



Produktionsår, -måned
og -dag
YYYY-MM-DD



Batch-/lotnummer



Maks. brugervægt
= maks. nominel
belastning



Produktet bortsaffes
i henhold til nationale
regler



Producent



Klasse 1 – Det
Europæiske Råds
direktiv 93/42/EØF om
medicinske anordninger

Tilsigtet anvendelse

OneManSling er specielt udviklet til at forflytte en bruger højere op i sengen, hvis der kun er én hjælper til opgaven.

Tilsigtet miljø

Hospitaler, institutioner og hjemme.

Praktisk håndtering

Placering

Det sorte gjordbånd fastgøres til et fast sted på sengerammen ved hovedgærdet.

Glidemuffen monteres på gjordbåndet og føres forbi de påsyede håndtag, således at den kan løbe frit.

Anvendelse

Højere op i seng

Brugerens bører benene let.

OneManSling skubbes ind under brugerens ben og trækkes til, så muffen er ud for brugerens bagdel.

Resten af gjordbåndet med håndtagene føres om til modsatte side af sengen.

Hjælperen bevæger sig nu om til modsatte side af sengen og op til hovedgærdet. En MultiGlide placeres under hovedpuden og trækkes ned, så den dækker skulderbladene på brugerens.

Der kan suppleres med yderligere glidestykker under bagdelen og evt. under benene, hvis brugerens ikke er i stand til at bøje i knæene.

Hjælperen stiller sig i skridtstående stilling, griber et eller to af de håndtag, der er tættest ved brugerens hofte, og laver en vægtoverføring (Illustration 1 og 2).

Hvis det er nødvendigt, gentages proceduren.

Efter forflytningen fjernes MultiGlide. OneManSling føres tilbage til modsatte side og op til hovedgærdet, hvor den kan placeres, klar til næste gang.

Ben ind i seng

OneManSling monteres i fodenden på langsiden af sengen på et fast sted på sengerammen (i samme side som brugerens sidder på sengekanten).

OneManSling føres nu ind under brugerens knæ (tættest på fodenden) og videre ned omkring anklen på det modsatte ben, således at brugerens ben er oven på OneManSling.

Når brugerens er klar, trækker hjælperen i håndtagene på OneManSling i retning mod fodenden.

Begge brugerens ben trækkes nu mod fodenden. Hjælperen fortsætter rundt om sengeenden i en bue, således at hjælperen ender i modsatte side af sengen.

Det er ikke nødvendigt at løfte i gjorden, det er nok at hjælperen bevæger sig i den omtalte bue rundt om fodenden.

Når hjælperen når fodenden i modsatte side, kan denne nu fortsætte med at trække i gjorden, indtil brugerens ben ender i midten af sengen.

Der kan suppleres med en GlideCushion/MultiGlide på kanten af sengen i fodenden under OneManSling for at opnå optimal glidning.

OBS! Hvis brugerens ikke selv er i stand til at lægge overkroppen ned i sengen, foretages forflytningen med to hjælpere. Hovedgærdet eleveres efter behov.

Information

Vær opmærksom på

Kontrollér altid produktet før brug og efter vask.



Nedglidningsrisiko, efterlad aldrig brugerens alene på sengekanten.

Anvend aldrig et defekt produkt. Ved tegn på slitage skal produktet kasseres.



Efterlad aldrig produktet på gulvet.

Læs instruktionen grundigt.



Foretag altid en risikovurdering, og sørge for at hjælpemidlet kan anvendes til den enkelte bruger, og at det i kombination med andet udstyr er sikkert for brugerens og hjælperne.

Det er vigtigt at hjælpere og plejepersonale modtager instruktion omkring håndtering af forflytninger. Etac tilbyder hjælp og uddannelse af plejepersonale. Kontakt Etac for yderligere information.



Anvend ikke produktet til løft/som et sejl.

Anvend altid korrekt forflytningsteknik.

Husk at udnytte brugerens egne ressourcer.

Planlæg forflytningen på forhånd, så det sker så trygt og problemfrit som muligt.

Ved tvivlsspørgsmål – kontakt venligst Etac.

Materiale og rengøring

Materiale:

Bånd: Polyester.

Muffe:

Iunderside: Nylon

Yderside: Polyurethan

Fyld: Polyester (kogefast ved 95 °C).

Produktet skal kontrolleres regelmæssigt, helst hver gang før brug. Vær specielt omhyggelig efter vask.

Kontrollér, at der ikke er skader ved sømme og stof.



**Reparér aldrig selv et produkt.
Et defekt produkt må ikke anvendes.**

Vaskeinstruktion:

De to dele bør separeres før vask.

Anvend ikke skyllemiddel.

Produktet kan rengøres med et opløsningsmiddelfrit rengøringsmiddel med et pH-niveau mellem 5-9 eller med 70% desinfektionsopløsning.



Produkter og tilbehør

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse i mm
IM460PU	OneManSling	W75xL3000

Kombinationer

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse i mm (åben i bredden)
IM100	MultiGlide vertical XXS	W1000xL700
IM103/1	MultiGlide vertical XS	W1000xL1350
IM102	MultiGlide vertical S	W1000xL2000
IM108	MultiGlide vertical M	W1080xL800
IM120	MultiGlide vertical L	W1200xL700
IM130	MultiGlide vertical XXL	W1300xL800
IM168	MultiGlide vertical XXXL	W1600xL800
IM200	MultiGlide vertical XXXXL	W2000xL700
IM40	MultiGlide lateral XXS	W400xL400
IM62	MultiGlide lateral XS	W600xL250
IM66	MultiGlide lateral S	W600xL600
IM77	MultiGlide lateral M	W720xL700
IM88	MultiGlide lateral L	W800xL800
IM80	MultiGlide lateral XL	W720xL1000
IM83	MultiGlide lateral XXL	W720xL1300
IM82	MultiGlide lateral XXXL	W700xL2000
IM00100	MultiGlide SG vertical XXS	W1000xL700
IM00108	MultiGlide SG vertical M	W1080xL800
IM00120/1	MultiGlide SG vertical XL	W1200xL900
IM00139	MultiGlide SG vertical XXL	W1300xL900
IM00130	MultiGlide SG vertical XXL - mini	W1300xL800
IM00170	MultiGlide SG vertical XXL - wide	W1400xL1200
IM00200	MultiGlide SG vertical XXXXL	W2000xL700
IM0040	MultiGlide SG lateral XXS	W400xL400
IM0066	MultiGlide SG lateral S	W600xL600
IM0077	MultiGlide SG lateral M	W720xL700
IM0088	MultiGlide SG lateral L	W800xL800
IM0080	MultiGlide SG lateral XL	W720xL1000
IM0083	MultiGlide SG lateral XXL	W720xL1300
IM0082	MultiGlide SG vertical XXXXL	W700xL2000
IM100/140	MultiGlide open	W1000xL1400
IM00150/70	MultiGlide SG open	W1500xL700
IM2245	MultiGlide SG Roll. 10 metres	W1500xL10000
IM2249	MultiGlide SG Roll. 100 metres	W1500xL100000
IM60/25N	GlideCushion Nylon XS	W600xL250
IM60/50	GlideCushion S	W600xL500
IM60/90	GlideCushion M	W600xL900
IM69/70	GlideCushion L	W690xL700
IM90/90	GlideCushion XL	W900xL900
IM4303	GlideCushion S set Incl. IM60/50 + IM6000N	
IM130DR	MultiGlide w/handles	W1300xL800
IM160DR	MultiGlide w/handles	W1600xL800

Serviceinformation

Inspektion

Tak, fordi du valgte et produkt fra Etac. Ved ændringer, reparationer eller kombinationer foretaget af kunden bortfalder Etacs CE-mærkning, og Etacs garanti ophører.

Garanti: To år på materiale- og produktionsfejl ved korrekt anvendelse af produktet. Før et produkt tages i brug, udarbejd da altid en risiko- og arbejdspladsvurdering i henhold til nationale og lokale love og aftaler.


Første kontrol:

- Er emballagen intakt?
- Kontrollér label på emballagen, og kontrollér artikelnummeret og produktnavn.
- Tjek, at "Short Instruction" er vedlagt – opdateret Manual kan downloades fra www.etac.dk, eller kontakt Etacs kundeservice.



Visuel inspektion/tjek produktet:

Kontrollér, at materialer, sømme, syninger, håndtag og spænder er intakte.



Mekanisk test/tjek håndtag:

Træk i håndtagene i hver sin retning, og kontrollér materialer, sømme og syninger.

Test spændet:

Lås spændet, og træk i hver sin retning; kontrollér spændet, sømme og syninger.

- Kontrollér label på produktet – findes artikelnummer, produktnavn, lot-/batchnummer og vaskeanvisning samt producent.

Gentagende inspektion:

- Kontrollér, at deres manuelle transfer system eller hjælpemiddel er i en perfekt stand.
- Efter vask – kontrollér altid materialer, sømme, syninger, håndtag og spænder.
- Viser produktet tegn på slitage, skal produktet straks kasseres.



Stabilitetstest:

Prøv at bøje produktet; verificer, at det føles solidt og stabilt.



Test lav/høj friktion:

Placer produktet på en fast overflade eller sengen, placer hænderne på materialet og test friktionen ved at skubbe hænderne ned og fremad i produktet.

Lav friktion – glider uden problemer.
Høj friktion – glider ikke.

Kontrollér

Manuelle transferprodukter med håndtag, stropper og spænder:



Manuelle transferprodukter med lav eller høj friktion:



Manuelle transferprodukter til siddende og liggende forflytninger:



Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Etacs kundeservice eller din lokale konsulent for at få mere information og hjælp.

Ønsker du mere information om undervisning og anvendelse af produkterne, kontakt forflytningsekspertene hos Etac – www.etac.dk.

Produktet bortskaffes i henhold til nationale regler.



Læs bruger-manualen



Klasse 1 – Det Europæiske Råds direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger

Yleistä

Kiitos, että valitsit Etac-tuotteen.

Lue käyttöohjeet tarkkaan, jotta voit välttää onnettomuudet ja loukkaantumiset tuotteiden siirtämisen ja käsittelyn aikana.

Tässä käyttöohjeessa "käyttäjä" on henkilö, joka makaa tai istuu tuotteessa. Hoitajat ovat henkilötä, jotka käsitlevät tuotetta.



Tämä symboli esiintyy tekstillä läpi koko ohjeen. Se kiinnittää lukijan huomion kohtiin, jotka voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjän tai hoitajan terveydelle tai turvallisuudelle.

Tuotteet ovat lääkinnällisistä laitteista annetussa Euroopan neuvoston direktiivissä MDD 93/42 / ETY luokkaan 1 kuuluvien tuotestandardien mukaisia.

Pyrimme Etacissa parantamaan tuotteitamme, joten pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakkovaroitusta.

Kaikki kuvissa ja vastaavassa materiaalissa esitetty mitat ovat ohjeellisia, eikä Etac ole vastuussa niissä mahdollisesti olevista virheistä.

Tässä ohjekirjassa annetut tiedot, mukaan lukien suosituksset, yhdistelmät ja mitoitus, eivät koske erikoistilausia ja muunnettua tuotteita. Jos asiakas tekee muutoksia, korjauksia tai yhdistelmiä, joita Etac ei ole ennalta määritänyt, Etacin CE-sertifikaatti tai Etac-takuu eivät ole voimassa. Jos olet epävarma, ota yhteys Etaciin.

Takuu: Kahden vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheiden varalta edellyttää, että tuotetta käytetään oikein.

Lisätietoja Etac-siirtolaitevalikomasta saa osoitteesta www.etac.com.

Tuotteen voi romuttaa kansallisten määräysten mukaisesti.

Yleistä symboleista



Pesu



pH-taso



Ei saa valkaista



Pyyhittävä



Kuivausrumpu sallittu



Älä koskaan jätä lattialle



Silitys



Alas liukumisen vaara



Ei saa kuivapestä



Pidettävä poissa auringonvaloista



Lue käyttöohje



Käyttäjän massaraja = suurin sallittu kuormitus



Tuotteen voi romuttaa kansallisten määräysten mukaisesti.



Valmistaja



Luokka 1 - Euroopan neuvoston direktiivi lääkinnällisistä laitteista MDD 93/42/ETY

Käyttötarkoitus

OneManSling on kehitetty erityisesti käyttäjän nostamiseen ylemmäs vuoteessa, kun hoitajan on selviydyttävä työstä yksin.

Käyttöympäristö

Akuuttihoito, pitkäaikaishoito, kotihoido

Käsittely

Sijoittaminen

Kiinnitä musta verkkohihna sängynkehikon vakaaseen osaan vuoteen päätypuolelle.

Kiinnitä liukutyny verkkohihnaan ja vie se lenkkien ohi, jotta se liukuu esteettä.

Käyttö

Käyttäjän siirtäminen ylemmäs vuoteessa

Käyttäjä koukistaa hieman jalkojaan.

OneManSling työnnetään käyttäjän jalkojen alle ja sitä vedetään, kunnes liukutyny on käyttäjän pakaroita vasten.

Loput verkkohihnasta lenkkeineen viedään vuoteen vastakkaiselle puolelle.

Hoitaja siirtyy vuoteen vastakkaiselle puolelle päätypuolelle. Hän asettaa MultiGlide-liukulakanan käyttäjän tyynyn alle ja vetää sitä alaspäin, kunnes se on käyttäjän hartioiden alla.

Myös muita liukulaitteita voidaan käyttää käyttäjän pakaroiden alla (ja jalkojen alla, jos käyttäjä ei pysty taivuttamaan polviaan).

Hoitaja seisoo toinen jalka toista edempänä ja tarttuu yhteen tai kahteen käyttäjän lonkkaa lähipänä olevaan lenkkiin ja hyödyntää painonsiirtoa (kuvat 1 ja 2).

Tarvittaessa toimenpide voidaan toistaa.

Irrota MultiGlide manuaalisen siirron jälkeen ja vie OneManSling takaisin vuoteen päätypuolen vastakkaiselle puolelle, jossa sitä voidaan säilyttää seuraavaan käytökertaan saakka.

Jalat vuoteeseen

Kiinnitä OneManSling sängynkehikon vakaaseen osaan vuoteen jalkopäähän ja samalle puolelle, jossa käyttäjä istuu vuoteen reunalla.

Vie OneManSling käyttäjän polvien alta ja toisen jalan nilkan ympäri niin, että käyttäjän jalat ovat nyt OneManSling-otenuahan pääillä.

Kun käyttäjä on valmis, vedä OneManSling-otenuhan lenkeistä vuoteen jalkopään suuntaan.

Käyttäjän molemmat jalat liikkuvat nyt kohti vuoteen jalkopäätä. Siirry vuoteen jalkopään ympäri karimainen liikerataa vuoteen toiselle puolelle.

Verkkohihnan nostaminen ei ole tarpeen, vaan hoitajan on ainoastaan säilytettävä karimainen liikerata vuoteen jalkopäässä.

Kun olet vuoteen jalkopäässä käyttäjään nähdyn vastakkaisella puolella, jatka hihnan vetämistä, kunnes käyttäjän jalat ovat vuoteen keskellä.

Liukuvan liikkeen optimoimiseksi voidaan käyttää GlideCushion-liukulustaa tai MultiGlide-liukulakanaa vuoteen jalkopään reunalla OneManSling-otenuhan alla.

Huom! Tähän manuaaliseen siirtoon tarvitaan kaksi hoitajaa, jos käyttäjä ei pysty itse laskemaan ylävartaloaan vuoteeseen. Sängyn päätypuolta voidaan tarpeen mukaan nostaa.

Huomautus

Erityisominaisuudet

Tarkasta tuote aina ennen käyttöä ja pesun jälkeen.

Älä koskaan käytä viallista tuotetta. Jos tuotteessa ilmenee kulumisen merkkejä, se on hävitettävä.

Lue nämä ohjeet huolellisesti.

On tärkeää varmistaa, että hoitajat ovat saaneet manuaalisia hoitotoimenpiteitä koskevat ohjeet. Etac tarjoaa hoitajille neuvontaa ja koulutusta. Lisätietoja saat ottamalla yhteyden Etaciin.

Sovella aina oikeita manuaalisen hoidon tekniikoita.

Rohkaise käyttäjää toimimaan apuna mahdollisuksien mukaan.

Suunnittele manuaalinen käsittely aina etukäteen, jotta varmistat, että käyttäjä tuntee olonsa turvalliseksi ja että käsittely sujuu jouhevasti.



Käyttäjän liukumisvaara. Älä koskaan jätä käyttäjää yksin sängynreunalle.



Älä koskaan jätä tuotetta lattialle.



Arvioi aina riskit ja varmista, että apuvälinettä voidaan käyttää kyseiselle käyttäjälle, että sitä voidaan käyttää muiden laitteiden kanssa ja että sen käyttö on turvallista niin käyttäjän kuin hoitajienkin kannalta.



Älä käytä tuotetta nostoliinana.



Jos olet epävarma, ota yhteys Etaciin.

Materiaali ja puhdistus

Materiaali:

Hihna: Polyesteriä.

Liukutyyny:

Sisäpinta: Nailonia

Ulkopinta: Polyuretaania

Pehmuste: Polyesteriä (konepestävä 95 °C:ssa).

Tuote on tarkastettava säännöllisesti, mieluiten jokaisella käyttökerralla ja erityisesti pesun jälkeen.

Tarkista, että saumoissa ja kankaassa ei näy vaarioita.

Pesuohjeet:

Irota kaksi osaa toisistaan ennen pesua.

Älä käytä huuhteluinetta.

Tuote voidaan puhdistaa liuotinaineettomalla pesuaineella, jonka pH on 5–9, tai 70-prosenttisella desinfointiaineella.



max
150 kg
max
330 lbs



Älä koskaan yritä korjata tuotetta itse.

Älä koskaan käytä viallista tuotetta.

Tuotteet ja varusteet

Tuotenumero	Tuotteen kuvaus	Koko (mm)
IM460PU	OneManSling	W75xL3000
IM100	MultiGlide vertical XXS	W1000xL700
IM103/1	MultiGlide vertical XS	W1000xL1350
IM102	MultiGlide vertical S	W1000xL2000
IM108	MultiGlide vertical M	W1080xL800
IM120	MultiGlide vertical L	W1200xL700
IM130	MultiGlide vertical XXL	W1300xL800
IM168	MultiGlide vertical XXXL	W1600xL800
IM200	MultiGlide vertical XXXXL	W2000xL700
IM40	MultiGlide lateral XXS	W400xL400
IM62	MultiGlide lateral XS	W600xL250
IM66	MultiGlide lateral S	W600xL600
IM77	MultiGlide lateral M	W720xL700
IM88	MultiGlide lateral L	W800xL800
IM80	MultiGlide lateral XL	W720xL1000
IM83	MultiGlide lateral XXL	W720xL1300
IM82	MultiGlide lateral XXXL	W700xL2000
IM00100	MultiGlide SG vertical XXS	W1000xL700
IM00108	MultiGlide SG vertical M	W1080xL800
IM00120/1	MultiGlide SG vertical XL	W1200xL900
IM00139	MultiGlide SG vertical XXL	W1300xL900
IM00130	MultiGlide SG vertical XXL - mini	W1300xL800
IM00170	MultiGlide SG vertical XXL - wide	W1400xL1200
IM00200	MultiGlide SG vertical XXXXL	W2000xL700
IM0040	MultiGlide SG lateral XXS	W400xL400
IM0066	MultiGlide SG lateral S	W600xL600
IM0077	MultiGlide SG lateral M	W720xL700
IM0088	MultiGlide SG lateral L	W800xL800
IM0080	MultiGlide SG lateral XL	W720xL1000
IM0083	MultiGlide SG lateral XXL	W720xL1300
IM0082	MultiGlide SG vertical XXXXL	W700xL2000
IM100/140	MultiGlide open	W1000xL1400
IM00150/70	MultiGlide SG open	W1500xL700
IM2245	MultiGlide SG Roll. 10 metres	W1500xL10000
IM2249	MultiGlide SG Roll. 100 metres	W1500xL100000
IM60/25N	GlideCushion Nylon XS	W600xL250
IM60/50	GlideCushion S	W600xL500
IM60/90	GlideCushion M	W600xL900
IM69/70	GlideCushion L	W690xL700
IM90/90	GlideCushion XL	W900xL900
IM4303	GlideCushion S set Incl. IM60/50 + IM6000N	W1300xL800
IM130DR	MultiGlide w/handles	W1300xL800
IM160DR	MultiGlide w/handles	W1600xL800

Huoltotietoja

Tarkistus

Kiitos, että valitsit Etac-tuotteen. Jos asiakas tekee muutoksia, korjauksia tai yhdistelmää, joita Etac ei ole ennalta määritty, Etacin CE-sertifikaatti tai Etac-takuu eivät ole voimassa.

Takuu: Kahden vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheiden varalta edellyttää, että tuotetta käytetään oikein. Tee aina ennen tuotteen käyttöä riskinarviointi kansallisen ja/tai paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Ensimmäinen tarkastus:

- Onko pakaus ehjä?
- Lue pakkauksen etiketti ja tarkista tuoteno ja -kuvaus.
- Tarkista, että lyhyt ohje on mukana – päivitetyn käyttöohjeen voi ladata osoitteesta www.etac.com tai pyytää asiakaspalvelusta tai paikalliselta jälleenmyyjältä.



Silmämääräinen tarkastus / Tarkista tuote:

Varmista, että materiaalit, saumat, ompeleet, lenkit/kahvat ja soljet ovat ehjää/virheettömiä.



Mekaaninen kuormitus tai jännitys / testaa lenkit/kahvat:

Vedä lenkeistä kovaa vastakkaisiin suuntiin ja tarkista materiaali, saumat ja ompeleet.

Testaa soljet:

Lukitse solki ja vedä vastakkaisiin suuntiin, tarkista solki ja ompeleet.

- Tarkista tuotteessa oleva etiketti – onko siinä tuoteno, tuotekuvaus, erän nro, puhdistusohje ja toimitajan nimi?

Määräaikaistarkastus:

- Varmista, että manuaalinen siirtojärjestelmä on aina täydellisessä kunnossa.
- Tarkista pesun jälkeen aina materiaalit, ompeleet, lenkit/kahvat, soljet.
- Jos tuotteessa ilmenee kulumisen merkkejä, se on heti poistettava käytöstä.



Vakaustesti:

Yritä taivuttaa tuotetta ja varmista, että se tuntuu iugalta, vakaalta ja kiinteältä.



Testaa pieni/suuri kitka:

Aseta tuote kiinteälle pinnalle tai vuoteelle, aseta kätesi materiaalin päälle ja testaa kitka painamalla käsiä alas päin tuotteen sisään.

Pieni kitka – liukuu ongelmitta

Suuri kitka – ei liukua/liikkettä

Tarkista

Manuaaliset siirtovälineet, joihin kuuluu lenkkejä/kahvoja, silmukoita ja solkia:



Suuri- tai pienikitkaiset manuaaliset siirtovälineet:



Manuaaliset siirtovälineet siirtoihin istuma-asennossa ja makuuasennossa:



Tuotteen voi romuttaa
kansallisten määräysten
mukaisesti



Lue käyttöohje

Jos olet epävarma, otta yhteys Etacin asiakaspalveluun tai paikalliseen jälleenmyyjään ja pyydä lisätietoja ja opastusta.

Lisätietoja koulutuksesta ja näiden tuotteiden käytöstä saat ottamalla yhteyden Etacin siirtoasiantuntijoihin – www.etac.com.



Luokka 1 - Euroopan neuvosto
MDD-direktiivi 93/42/ETY
lääkinnällisistä laitteista

Allgemeines

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Etac entschieden haben.

Um Unfälle und Verletzungen beim Handhaben und Verwenden des Produkts zu vermeiden, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen.

Mit „Benutzer“ wird in dieser Anleitung die Person bezeichnet, die auf dem Produkt sitzt oder liegt. Unter „Helfer“ wird die Person verstanden, die das Produkt handhabt.



Dieses Symbol erscheint neben dem Text in der Bedienungsanleitung. Es macht den Leser auf Situationen aufmerksam, die eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit des Benutzers oder Helfers darstellen können.

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden Normen für Produkte der Klasse 1 im Einklang mit der Richtlinie des Europäischen Rates 93/42/EWG über Medizinprodukte.

Bei Etac sind wir bemüht, unsere Produkte laufend zu verbessern und behalten uns daher das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Alle Abmessungen

auf Abbildungen o. Ä. sind lediglich als Richtwerte zu verstehen und Etac haftet nicht für Fehler und Mängel.

Die in dieser Anleitung aufgeführten Angaben einschließlich der Empfehlungen, Kombinationen und Größen gelten nicht für Sonderbestellungen und Modifikationen. Nimmt der Kunde Anpassungen, Reparaturen oder Kombinationen vor, die nicht von Etac spezifiziert wurden, wird die CE-Zertifizierung ungültig und die Garantieverpflichtung von Etac erlischt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Etac.

Garantie: Zwei-Jahres-Garantie auf Material- und Herstellungsfehler, vorausgesetzt, dass das Produkt ordnungsgemäß verwendet wird.

Weitere Informationen über das Angebot von Etac siehe www.etac.com.

Das Produkt kann in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Vorschriften entsorgt werden.

Symbole allgemein



Waschen



pH-Wert



Nicht bleichen



Abwaschen



Im Wäschetrockner trocknen



Niemals auf dem Boden liegen lassen!



Bügeln



Rutschgefahr



Nicht chemisch reinigen



Keiner Sonnenstrahlung aussetzen!



Bedienungsanleitung lesen



Höchstgewicht des Benutzers = maximale Gewichtsbelastung



Das Produkt kann in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Vorschriften entsorgt werden.



Hersteller



Klasse 1 - Richtlinie des Europäischen Rates 93/42/EWG über Medizinprodukte

Verwendungszweck

OneManSling wurde speziell entwickelt, um einen Benutzer im Bett weiter nach oben zu verlagern, wenn nur ein Helfer zur Verfügung steht.

Vorgesehener Einsatzbereich

Akutbehandlung, Langzeitpflege, Hauspflege

Praktische Handhabung

Positionierung

Der schwarze Textilgurt wird an einem stabilen Teil des Bettrahmens am Kopfende befestigt.

Die Hülle am Textilgurt anbringen und so über die Griffe vorschieben, dass sie unbehindert gleiten kann.

Anlegen

Den Benutzer im Bett weiter nach oben verlagern

Der Benutzer muss seine Beine dabei leicht beugen.

Die OneManSling wird unter die Beine des Benutzers geschoben und so lange gezogen, bis die Hülle am Gesäß des Benutzers anliegt.

Der Teil des Textilgurtes mit den Griffen wird zur gegenüberliegenden Seite des Bettes verlegt.

Der Helfer begibt sich zur gegenüberliegenden Seite des Bettes und zum Kopfende. Er legt ein MultiGlide unter das Kissen des Benutzers und zieht es nach unten, sodass die Schultern des Benutzers bedeckt sind.

Weitere Gleithilfen können unter dem Gesäß des Benutzers positioniert werden (und unter den Beinen, wenn der Benutzer seine Knie nicht beugen kann).

Der Helfer steht mit einem Fuß nach vorn, ergreift die dem Benutzer am nächsten gelegenen Griffe und arbeitet mit Gewichtsverlagerung (Abb. 1 und 2).

Diese Vorgehensweise kann bei Bedarf wiederholt werden.

Nach der manuellen Verlagerung ist MultiGlide zu entfernen und die OneManSling wieder auf die gegenüberliegende Seite des Kopfendes legen, wo sie bis zur nächsten Verwendung verstaut werden kann.

Beine in das Bett verlagern

Die OneManSling an einer Längsseite an einem stabilen Teil des Bettrahmens am Fußende befestigen (dieselbe Seite, auf der sich der Benutzer auf der Bettkante befindet).

Die OneManSling unter den Knien des Benutzers (dicht am Fußende) hindurchschieben und so um den Knöchel des anderen Beins verlegen, dass sich die Beine des Benutzers über der OneManSling befinden.

Sobald der Benutzer fertig ist, zieht der Helfer an den Griffen der OneManSling in Richtung Fußende.

Beide Beine des Benutzers werden dann zum Fußende gezogen. Der Helfer bewegt sich weiter in einen Bogen um das Bettende, bis er auf der gegenüberliegenden Seite des Bettes angekommen ist.

Es besteht keine Veranlassung, den Textilgurt anzuheben. Der Helfer muss sich ganz einfach in einem Bogen um das Fußende des Bettes bewegen.

Wenn er das Fußende auf der gegenüberliegenden Seite erreicht hat, kann er weiter am Riemen ziehen, bis die Beine des Benutzers in der Mitte des Bettes liegen.

Zur Optimierung der Gleitbewegung kann ein GlideCushion oder MultiGlide auf der Bettkante am Fußende unter der OneManSling verwendet werden.

Hinweis: Wenn der Benutzer seinen Oberkörper nicht alleine hinlegen kann, ist diese manuelle Verlagerung von zwei Helfern vorzunehmen. Das Bettkopfende kann bei Bedarf angehoben werden.

Hinweis

Besondere Hinweise

Das Produkt vor dem Gebrauch und nach dem Waschen überprüfen.

Niemals ein defektes Produkt verwenden! Produkte, die Anzeichen von Abnutzung zeigen, müssen entsorgt werden.

Diese Hinweise sind sorgfältig durchzulesen.

Es ist wichtig, dass sämtliche Helfer eine Einweisung in die Handhabung des Produkts erhalten. Etac bietet Beratung und Schulungen für Helfer an. Weitere Informationen erhalten Sie bei Etac.

Achten Sie auf die richtige Umsetz-/Umlagerungstechnik.

Der Benutzer ist aufzufordern, nach Möglichkeit Hilfe zu leisten.

Planen Sie den Vorgang stets im Voraus, damit alle Schritte reibungslos und ohne Sicherheitseinbußen für den Benutzer ablaufen.



Es besteht die Gefahr, dass der Benutzer abgleitet. Den Benutzer niemals allein auf der Bettkante zurücklassen!



Das Produkt niemals auf dem Boden liegen lassen!



Immer eine Risikobeurteilung vornehmen und sicherstellen, dass das Hilfsprodukt beim jeweiligen Benutzer und in Kombination mit anderen Geräten so verwendet werden kann, dass es für Benutzer und Helfer/Pfleger sicher ist.



Das Produkt darf nicht als Schlaufe verwendet werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Etac.

Material und Reinigung

Material:

Gurt: Polyester.

Hülle:

Innenfläche: Nylon

Außenfläche: Polyurethan

Füllung: Polyester (maschinenwaschbar bei 95 °C).

Das Produkt sollte regelmäßig überprüft werden, möglichst bei jeder Verwendung und vor allem nach dem Waschen.

Es ist sicherzustellen, dass an Nähten oder im Stoff keinerlei Schäden vorliegen.



**Niemals versuchen, ein Produkt eigenhändig zu reparieren.
Niemals ein defektes Produkt verwenden!**

Waschanleitung:

Die beiden Teile sind vor dem Waschen zu trennen. Keinen Weichspüler verwenden.

Das Produkt kann mit einem lösungsmittelfreien Mittel mit einem pH-Wert von 5-9 oder einer 70%igen Desinfektionslösung gereinigt werden.



max
150 kg

max
330 lbs

Produkte und Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe (mm)
IM460PU	OneManSling	W75xL3000

Kombinationen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe (mm) (breite Seite offen)
IM100	MultiGlide vertical XXS	W1000xL700
IM103/1	MultiGlide vertical XS	W1000xL1350
IM102	MultiGlide vertical S	W1000xL2000
IM108	MultiGlide vertical M	W1080xL800
IM120	MultiGlide vertical L	W1200xL700
IM130	MultiGlide vertical XXL	W1300xL800
IM168	MultiGlide vertical XXXL	W1600xL800
IM200	MultiGlide vertical XXXXL	W2000xL700
IM40	MultiGlide lateral XXS	W400xL400
IM62	MultiGlide lateral XS	W600xL250
IM66	MultiGlide lateral S	W600xL600
IM77	MultiGlide lateral M	W720xL700
IM88	MultiGlide lateral L	W800xL800
IM80	MultiGlide lateral XL	W720xL1000
IM83	MultiGlide lateral XXL	W720xL1300
IM82	MultiGlide lateral XXXL	W700xL2000
IM00100	MultiGlide SG vertical XXS	W1000xL700
IM00108	MultiGlide SG vertical M	W1080xL800
IM00120/1	MultiGlide SG vertical XL	W1200xL900
IM00139	MultiGlide SG vertical XXL	W1300xL900
IM00130	MultiGlide SG vertical XXL - mini	W1300xL800
IM00170	MultiGlide SG vertical XXL - wide	W1400xL1200
IM00200	MultiGlide SG vertical XXXXL	W2000xL700
IM0040	MultiGlide SG lateral XXS	W400xL400
IM0066	MultiGlide SG lateral S	W600xL600
IM0077	MultiGlide SG lateral M	W720xL700
IM0088	MultiGlide SG lateral L	W800xL800
IM0080	MultiGlide SG lateral XL	W720xL1000
IM0083	MultiGlide SG lateral XXL	W720xL1300
IM0082	MultiGlide SG vertical XXXXL	W700xL2000
IM100/140	MultiGlide open	W1000xL1400
IM00150/70	MultiGlide SG open	W1500xL700
IM2245	MultiGlide SG Roll. 10 metres	W1500xL10000
IM2249	MultiGlide SG Roll. 100 metres	W1500xL100000
IM60/25N	GlideCushion Nylon XS	W600xL250
IM60/50	GlideCushion S	W600xL500
IM60/90	GlideCushion M	W600xL900
IM69/70	GlideCushion L	W690xL700
IM90/90	GlideCushion XL	W900xL900
IM4303	GlideCushion S set Incl. IM60/50 + IM6000N	
IM130DR	MultiGlide w/handles	W1300xL800
IM160DR	MultiGlide w/handles	W1600xL800

Serviceinformationen

Inspektionen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Etac entschieden haben. Nimmt der Kunde Anpassungen, Reparaturen oder Kombinationen vor, die nicht von Etac spezifiziert wurden, wird die CE-Zertifizierung ungültig und die Garantieverpflichtung von Etac erlischt.


Garantie: Zwei-Jahres-Garantie auf Material- und Herstellungsfehler, vorausgesetzt, dass das Produkt ordnungsgemäß verwendet wird. Vor der Verwendung eines Produktes ist immer eine Risikobeurteilung gemäß den nationalen und/oder lokalen Vorschriften vorzunehmen.

Erste Kontrolle:

- Ist die Verpackung unbeschädigt?
- Lesen Sie das Etikett auf der Verpackung und überprüfen Sie Artikelnummer und Produktbeschreibung.



Inaugenscheinnahme/Produktüberprüfung:
Sicherstellen, dass Material, Nähte, Griffschlaufen und Schnallen unbeschädigt/fehlerfrei sind.



Mechanische Belastung/Griffschlaufen überprüfen:
Fest an den Griffschlaufen ziehen (in entgegengesetzte Richtung) und Material und Nähte überprüfen.

Schnallen überprüfen:
Ziehen Sie an der geschlossenen Schnalle und prüfen Sie Schnalle und Nähte.

- Überprüfen, ob die Kurzanleitung beigelegt ist - die aktualisierte Bedienungsanleitung kann von www.etac.com heruntergeladen werden oder ist beim Händler vor Ort erhältlich.
- Prüfen Sie das Etikett auf dem Produkt - sind Artikelnummer, Produktbeschreibung, Lot-/Batch-Nr., Reinigungsanleitungen und Anbieter aufgeführt?

Regelmäßige Kontrolle:

- Sicherstellen, dass das manuelle Transfer-/Umlagerungssystem immer in perfektem Zustand ist.
- Nach dem Waschen stets Material, Nähte, Griffschlaufen und Schnallen überprüfen.
- Wenn das Produkt Anzeichen von Abnutzung zeigt, darf es nicht mehr benutzt werden.



Stabilitätstest:

Das Produkt zu verbiegen versuchen, um zu überprüfen, ob es fest und stabil ist.



Niedrige/hohe Reibung testen:

Das Produkt auf eine feste Unterlage oder ein Bett legen und die Reibung überprüfen, indem die Hände mit Druck über das Produkt gezogen werden.
Niedrige Reibung – müheloses Gleiten
Hohe Reibung – kein Gleiten/Bewegen

Überprüfen

Manuelle Transfer-/Umlagerungshilfen mit Griffen, Riemen und Schnallen:



Manuelle Transfer-/Umlagerungshilfen mit hoher oder geringer Reibung:



Im Zweifelsfall bitte Kontakt zum Etac-Kundendienst oder zum Händler aufnehmen, die weitere Informationen und fachmännische Beratung bereithalten.

Manuelle Transfer-/Umlagerungshilfen für die sitzende und liegende Umlagerung:



Das Produkt kann in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Vorschriften entsorgt werden



Bedienungsanleitung lesen

Weitere Informationen über Schulungen und den Einsatz dieser Produkte sind vom Etac Transferteam erhältlich: www.etac.com



Klasse 1 - Richtlinie des Europäischen Rates 93/42/EWG über Medizinprodukte

Algemeen

Dank u dat u voor een van de producten van Etac hebt gekozen.

Lees de handleiding zorgvuldig door, om ongelukken en letsel bij het verplaatsen en hanteren van de producten te voorkomen.

De persoon die in deze gebruikershandleiding als 'de gebruiker' wordt aangeduid, is de persoon die op het product ligt of zit. De term 'verzorgers' wordt gebruikt voor de personen die het product hanteren.



Dit symbool wordt in de handleiding naast de tekst weergegeven. Het maakt de lezer attent op zaken die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker of verzorger.

De producten voldoen aan de normen die gelden voor klasse 1-producten volgens EU-richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen (MDD).

Bij Etac streven we naar voortdurende verbetering van onze producten en daarom behouden we ons het recht voor om onze producten zonder aankondiging vooraf te wijzigen. Alle maten op

afbeeldingen en overige referentiematerialen gelden uitsluitend als indicatie en Etac kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en afwijkingen.

De informatie in deze handleiding, met inbegrip van aanbevelingen, combinaties en maten, gelden niet voor speciale orders en modificaties. Als de klant aanpassingen of reparaties uitvoert of combinaties maakt die niet vooraf door Etac zijn bepaald, zijn de door Etac aangebrachte CE-markering en de garantie van Etac niet langer geldig. Neem bij twijfel contact op met Etac.

Garantie: twee jaar garantie op materiaal- en productiefouten, op voorwaarde dat het product correct is gebruikt.

Ga voor meer informatie over het transferassortiment van Etac naar www.etac.com.

Het product kan worden afgevoerd volgens de nationale voorschriften.

Algemene symbolen



Wassen



pH-waarde



Niet bleken



Afnemen met een doekje



Drogen in wasdroger



Nooit op de vloer laten liggen



Strijken



Risico dat de gebruiker naar beneden kan schuiven



Niet chemisch reinigen



Niet blootstellen aan zonlicht



Lees de gebruikers-handleiding



Maximale massa
gebruiker = maximale
nominale belasting



Het product kan worden
afgevoerd volgens de
nationale voorschriften



Fabrikant



Klasse 1 – EU-richtlijn
93/42/EEG betreffende
medische hulpmiddelen
(MDD)

Beoogd gebruik

OneManSling is speciaal ontworpen om een gebruiker handmatig hoger in bed te positioneren en kan worden gebruikt als er maar één verzorger beschikbaar is om de taak uit te voeren.

Beoogde gebruiksomgeving

Acute zorg, langdurige zorg, thuiszorg

Praktisch gebruik

Positionering

De zwarte gordel wordt aan een stabiel deel van het bedframe aan het hoofdeinde bevestigd.

Bevestig de glijhoes aan de gordel en leid die tot voorbij de handvatten, zodat de glijhoes onbelemmerd kan glijden.

Gebruik

De gebruiker hoger in bed positioneren

De gebruiker moet de benen licht buigen.

De OneManSling wordt onder de benen van de gebruiker geschoven en aangetrokken totdat de glijhoes tegen de billen van de gebruiker rust.

De rest van de gordel met de handvatten wordt naar de andere zijde van het bed geleid.

De verzorger verplaatst zich naar het hoofdeinde aan de andere zijde van het bed. De verzorger schuift een MultiGlide onder het kussen van de gebruiker en trekt de MultiGlide omlaag zodat die de schouders van de gebruiker bedekt.

Er kunnen extra glijhulpmiddelen onder de billen van de gebruiker worden geplaatst (en onder de benen, als de gebruiker niet in staat is om de knieën te buigen).

De verzorger staat met één voet naar voren, pakt een of twee van de handvatten die zich het dichtst bij de heup van de gebruiker bevinden, vast en maakt gebruik van gewichtsverplaatsing (afbeelding 1 en 2).

Deze handeling kan zo nodig worden herhaald.

Verwijder de MultiGlide nadat de handmatige verplaatsing is voltooid, en leid de OneManSling weer terug naar het hoofdeinde aan de andere zijde van het bed, waar het hulpmiddel kan worden opgeborgen tot een volgende keer.

Benen in bed leggen

Bevestig de OneManSling aan een stevig deel van het bedframe aan het voeteneinde, aan een van de lange zijden (de zijde waar de gebruiker op de rand van het bed zit).

Leid de OneManSling onder de knieën van de gebruiker (het dichtst bij het voeteneinde) door en rond de enkel van het andere been, zodat de benen van de gebruiker zich boven de OneManSling bevinden.

Wanneer de gebruiker er klaar voor is, trekt de verzorger de handvatten van de OneManSling in de richting van het voeteneinde.

Beide benen van de gebruiker worden nu in de richting van het voeteneinde getrokken. De verzorger loopt in een boog rond het voeteneinde van het bed naar de andere zijde van het bed.

Het is niet nodig om de gordel te tillen. De verzorger hoeft enkel in een boog rond het voeteneinde te lopen.

Wanneer de verzorger bij het voeteneinde aan de andere zijde van het bed is aangekomen, kan hij/zij aan de band blijven trekken totdat de benen van de gebruiker zich midden op het bed bevinden.

Voor een optimale glijbeweging kan er aan de rand van het bed aan het voeteneinde een GlideCushion of MultiGlide onder de OneManSling worden gebruikt.

Let op! De handmatige verplaatsing moet door twee verzorgers worden uitgevoerd als de gebruiker niet in staat is om zijn/haar bovenlichaam

zelfstandig neer te leggen. Eventueel kan het hoofdeinde van het bed hoger worden gezet.

Let op

Speciale functies

Controleer het product voor elk gebruik en na het wassen.



Er bestaat een kans dat de gebruiker wegglijdt. Laat de gebruiker nooit alleen achter op de rand van het bed.

Gebruik een product nooit als het defect is. Voer het product af als het tekenen van slijtage vertoont.



Laat het product nooit op de vloer liggen.

Lees deze instructies zorgvuldig door.



Voer altijd een risicoanalyse uit en verzekер u ervan dat het hulpmiddel geschikt is voor de individuele gebruiker en, bij gebruik in combinatie met andere hulpmiddelen, veilig is voor de gebruiker en de verzorgers.

Het is belangrijk dat verzorgers instructies krijgen over handmatig tillen en verplaatsen. Etac biedt advies en training aan voor verzorgers. Neem voor meer informatie contact op met Etac.

Gebruik altijd de juiste technieken voor handmatig tillen en verplaatsen.

Moedig de gebruiker aan om waar mogelijk mee te helpen.

Bedenk altijd van tevoren hoe u een gebruiker handmatig gaat tillen en verplaatsen, zodat de gebruiker zich veilig voelt en elke handmatige handeling soepel verloopt.



Gebruik het product niet als een sling.



Neem bij twijfel contact op met Etac.

Materiaal en reiniging

Materiaal:

Gordel: Polyester.

Glijhoses:

Binnenoppervlak: Nylon

Buitenoppervlak: Polyurethaan

Vulling: Polyester (machinewasbaar op 95 °C).

Wasinstructies:

Scheid de twee delen voor het wassen.

Gebruik geen wasverzachter.

Dit product kan ook worden gereinigd met een reinigingsmiddel dat geen oplosmiddel bevat en een pH-waarde tussen 5 en 9 heeft. U kunt ook een ontsmettingsmiddel met een concentratie van 70% gebruiken.



80°



○



✗



✗



✗



✗



✗



max 150 kg max 330 kg



Probeer een product nooit zelf te repareren.

Gebruik een product nooit als het defect is.

Producten en accessoires

Artikelnr.	Productbeschrijving	Afmetingen (mm)
IM460PU	OneManSling	W75xL3000

Combinaties

Artikelnr.	Productbeschrijving	Afmetingen (mm) (in de breedte openen)
IM100	MultiGlide vertical XXS	W1000xL700
IM103/1	MultiGlide vertical XS	W1000xL1350
IM102	MultiGlide vertical S	W1000xL2000
IM108	MultiGlide vertical M	W1080xL800
IM120	MultiGlide vertical L	W1200xL700
IM130	MultiGlide vertical XXL	W1300xL800
IM168	MultiGlide vertical XXXL	W1600xL800
IM200	MultiGlide vertical XXXXL	W2000xL700
IM40	MultiGlide lateral XXS	W400xL400
IM62	MultiGlide lateral XS	W600xL250
IM66	MultiGlide lateral S	W600xL600
IM77	MultiGlide lateral M	W720xL700
IM88	MultiGlide lateral L	W800xL800
IM80	MultiGlide lateral XL	W720xL1000
IM83	MultiGlide lateral XXL	W720xL1300
IM82	MultiGlide lateral XXXL	W700xL2000
IM00100	MultiGlide SG vertical XXS	W1000xL700
IM00108	MultiGlide SG vertical M	W1080xL800
IM00120/1	MultiGlide SG vertical XL	W1200xL900
IM00139	MultiGlide SG vertical XXL	W1300xL900
IM00130	MultiGlide SG vertical XXL - mini	W1300xL800
IM00170	MultiGlide SG vertical XXL - wide	W1400xL1200
IM00200	MultiGlide SG vertical XXXXL	W2000xL700
IM0040	MultiGlide SG lateral XXS	W400xL400
IM0066	MultiGlide SG lateral S	W600xL600
IM0077	MultiGlide SG lateral M	W720xL700
IM0088	MultiGlide SG lateral L	W800xL800
IM0080	MultiGlide SG lateral XL	W720xL1000
IM0083	MultiGlide SG lateral XXL	W720xL1300
IM0082	MultiGlide SG vertical XXXXL	W700xL2000
IM100/140	MultiGlide open	W1000xL1400
IM00150/70	MultiGlide SG open	W1500xL700
IM2245	MultiGlide SG Roll. 10 metres	W1500xL10000
IM2249	MultiGlide SG Roll. 100 metres	W1500xL100000
IM60/25N	GlideCushion Nylon XS	W600xL250
IM60/50	GlideCushion S	W600xL500
IM60/90	GlideCushion M	W600xL900
IM69/70	GlideCushion L	W690xL700
IM90/90	GlideCushion XL	W900xL900
IM4303	GlideCushion S set Incl. IM60/50 + IM6000N	
IM130DR	MultiGlide w/handles	W1300xL800
IM160DR	MultiGlide w/handles	W1600xL800

IL
GB
SV
NO
DA
FI
DE
NL
FR
IT
ES

Onderhoudsinformatie

Inspectie

Dank u dat u voor een van de producten van Etac hebt gekozen.

Als de klant aanpassingen of reparaties uitvoert of combinaties maakt die niet vooraf door Etac zijn bepaald, zijn de door Etac aangebrachte CE-markering en de garantie van Etac niet langer geldig.

Garantie: Twee jaar garantie op materiaal- en productiefouten, op voorwaarde dat het product correct is gebruikt. Voer altijd een risicoanalyse uit volgens de nationale en/of plaatselijke voorschriften voordat u een product in gebruik neemt.

Eerste inspectie:

- Is de verpakking onbeschadigd?
- Lees het label op de verpakking en controleer het artikelnummer en de productbeschrijving.



Visuele inspectie/controleer het product:

Verzeker u ervan dat alle materialen, naden, stikwerk, handvatten en gespen onbeschadigd/ vrij van defecten zijn.



Mechanische belasting of spanning/handvatten testen:

Trek hard aan de handvatten in tegenovergestelde richtingen en controleer het materiaal, de naden en het stikwerk.

Gespen testen:

Zet de gesp vast en trek in tegenovergestelde richtingen; controleer de gesp en het stikwerk.

- Controleer of de beknopte handleiding is bijgevoegd. Nieuwe versies van de gebruikershandleiding/gebruiksaanwijzing kunt u downloaden via www.etac.com of opvragen bij de klantenservice van Etac of bij de distributeur in uw regio.
- Controleer of het label op het product de volgende informatie vermeldt: artikelnummer, productbeschrijving, partij-/batchnummer, reinigingsinstructies en naam van de leverancier.

Periodieke inspectie:

- Zorg dat uw systeem voor handmatige transfers altijd in perfecte staat verkeert.
- Controleer na het wassen altijd de materialen, het stikwerk, de handvatten en de gespen.
- Stel het product meteen buiten gebruik als het tekenen van slijtage vertoont.



Stabiliteitstest:

Probeer het product te verbuigen en verzekер u ervan dat het stevig, stabiel en solide aanvoelt.



Hoge/lage wrijving testen:

Plaats het product op een stevige ondergrond of een bed, plaats uw handen op het materiaal en test de wrijving door uw handen in het product omhoog te drukken.

Lage wrijving: glijden gaat moeiteloos

Hoge wrijving: glijden/verplaatsen gaat niet

Controleren

Handmatige transferhulpmiddelen met handvatten, banden en gespen:



Handmatige transferhulpmiddelen met hoge of lage wrijving:



Handmatige transferhulpmiddelen voor zittende en liggende transfers:



 Het product kan worden afgevoerd volgens de nationale voorschriften

 Lees de gebruikers-handleiding

Neem bij twijfel contact op met de klantenservice van Etac of de distributeur in uw regio. Zij kunnen u meer informatie of advies geven.

Neem voor meer informatie over training en het gebruik van deze producten contact op met de transferexperts van Etac – www.etac.com.



Klasse 1 – EU-richtlijn
93/42/EEG betreffende
medische hulpmiddelen

Généralités

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Etac.

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'éviter les accidents et les blessures lors du déplacement et de la manipulation des produits.

La personne décrite comme « l'utilisateur » dans ce manuel est la personne couchée ou assise sur le produit. Les assistants sont les personnes qui manœuvrent le produit.



Ce symbole apparaît à côté du texte dans le manuel. Il attire l'attention du lecteur sur les points pouvant constituer un risque pour la santé et la sécurité de l'utilisateur ou d'un assistant.

Les produits sont conformes aux normes applicables pour les produits de Classe 1 selon la Directive du conseil européen MDD 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Etac s'efforce constamment d'améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications à ses produits sans préavis. Toutes les mesures indiquées sur les illustrations

et tout matériel similaire sont à titre indicatif seulement et Etac ne peut être tenu responsable des erreurs ou des défauts.

Les informations contenues dans ce manuel, y compris les recommandations, combinaisons et tailles, ne s'appliquent pas aux commandes spéciales et aux modifications. Si le client effectue/utilise des réglages, des réparations ou des combinaisons qui ne sont pas prédéterminés par Etac, la certification CE d'Etac et la garantie d'Etac seront annulées. En cas de doute, veuillez contacter Etac.

Garantie : garantie de deux ans sur les matériaux et les défauts de fabrication, à condition que le produit soit utilisé correctement.

Pour de plus amples informations sur la gamme de transfert Etac, consultez www.etac.com.

Le produit peut être mis au rebut conformément à la réglementation nationale.

Symboles en général



Lavage



Niveau de pH



Ne pas javelliser



Essuyer



Séchage en machine



Ne jamais laisser sur le sol



Repassage



Risque de glissement vers le bas



Ne pas nettoyer à sec



Tenir à l'abri du soleil



Lire le manuel de l'utilisateur



Poids max. de l'utilisateur = charge nominale maximale



Le produit peut être mis au rebut conformément à la réglementation nationale



Fabricant



Classe 1 - Directive du conseil européen MDD 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Usage prévu

OneManSling a été spécialement élaborée pour la manipulation manuelle d'un utilisateur plus haut dans le lit lorsqu'un seul soignant est disponible pour la tâche.

Environnement prévu

Soins de courte durée, soins de longue durée, soins à domicile

Manipulation

Positionnement

La ceinture tissée noire est attachée à une partie stable du cadre de lit au niveau de la tête.

Attachez la gaine à la ceinture tissée et faites-la passer au-delà des poignées, afin qu'elle coulisse sans obstacles.

Utilisation

Déplacer l'utilisateur plus haut dans le lit

L'utilisateur plie légèrement les jambes.

OneManSling est mise sous les jambes de l'utilisateur et est tirée jusqu'à ce que la gaine se trouve contre les fesses de l'utilisateur.

Le reste de la ceinture tissée avec les poignées est avancé vers le côté opposé du lit.

Le soignant se déplace autour du côté opposé du lit au niveau de la tête. L'assistant positionne un MultiGlide sous l'oreiller de l'utilisateur et le tire, afin qu'il couvre les épaules de l'utilisateur.

D'autres dispositifs de glisse peuvent être ajoutés sous les fesses de l'utilisateur (et sous les jambes si l'utilisateur ne peut pas plier le genou).

Le soignant se tient avec un pied en avant, saisit une ou deux des poignées les plus proches de la hanche de l'utilisateur et réalise un transfert de poids (illustrations 1 et 2). La procédure peut être répétée si nécessaire.

Après la manipulation manuelle, enlevez le MultiGlide et avancez à nouveau OneManSling vers le côté opposé au niveau de la tête, où elle peut être rangée jusqu'à la prochaine fois.

Jambes dans le lit

Attachez OneManSling à une partie stable du cadre de lit au niveau des pieds sur l'un des longs côtés (le même côté que celui où l'utilisateur s'assoie au bord du lit).

Avancez OneManSling sous les genoux de l'utilisateur (le plus proche du niveau des pieds) et autour de la cheville de l'autre jambe, afin que les jambes de l'utilisateur se trouvent au-dessus de OneManSling.

Lorsque l'utilisateur est prêt, le soignant tire les poignées de OneManSling dans la direction du côté pieds.

Les jambes de l'utilisateur sont désormais tirées vers le côté pieds. Le soignant continue à se déplacer autour du côté pieds dans un mouvement d'arc, en finissant du côté opposé du lit.

Il n'est pas nécessaire de lever la ceinture tissée. Le soignant doit simplement se déplacer dans un mouvement d'arc autour du côté pieds.

Lorsque le soignant atteint le côté pieds opposé, il peut continuer à tirer sur la sangle jusqu'à ce que les jambes de l'utilisateur se trouvent au milieu du lit.

Pour obtenir un mouvement de glisse optimal, de GlideCushion ou MultiGlide peut être utilisé au bord du lit du côté pied sous OneManSling.

Remarque ! Si l'utilisateur ne peut pas poser la partie supérieure du corps seul, cette manipulation manuelle doit être effectuée par deux soignants. La tête de lit peut être élevée si nécessaire.

Notice

Fonctions spéciales

Vérifiez toujours le produit avant toute utilisation et après tout lavage.

N'utilisez jamais un produit défectueux. Si le produit présente des signes d'usure, il doit être mis au rebut.

Lisez attentivement ces instructions.

Il est important que les soignants reçoivent une formation à la manipulation du produit. Etac propose des conseils et des formations à destination des soignants. Pour plus d'informations, contactez Etac.

Utilisez toujours de bonnes techniques de manipulation manuelle.

Encouragez l'utilisateur à aider autant que possible.

Pour que l'utilisateur se sente en sécurité et que chaque manipulation manuelle se passe bien, planifiez toujours la manipulation à l'avance.



Il existe un risque de glissement de l'utilisateur.
Ne laissez jamais l'utilisateur seul au bord du lit.



Ne laissez jamais le produit sur le sol.



Effectuez toujours une évaluation des risques et assurez-vous que le produit d'assistance convient à l'utilisateur et peut être utilisé en combinaison avec d'autres dispositifs d'une manière ne présentant aucun danger pour l'utilisateur et les soignants.



N'utilisez pas le produit comme une sangle.

En cas de doute - veuillez contacter Etac.

Matériaux et nettoyage

Matériaux :

Ceinture : Polyester.

Gaine :

Surface intérieure : Nylon

Surface extérieure : Polyuréthane

Rembourrage : Polyester (lavable en machine à 95 °C).

Le produit doit être vérifié régulièrement, de préférence chaque fois qu'il est utilisé, et surtout après un lavage.

Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage au niveau des coutures ou du tissu.

Instructions de lavage :

Séparez les deux parties avant le lavage.

N'utilisez pas d'adoucissant.

Le produit peut être nettoyé avec un agent nettoyant sans solvant, de pH compris entre 5 et 9, ou une solution désinfectante diluée à 70 %.



**N'essayez jamais de réparer un produit vous-même.
N'utilisez jamais un produit défectueux.**

Produits et accessoires

N° d'article	Description	Dimensions (mm)
IM460PU	OneManSling	W75xL3000

Combinaisons

N° d'article	Description	Dimensions (mm) (ouvert sur la largeur)
IM100	MultiGlide vertical XXS	W1000xL700
IM103/1	MultiGlide vertical XS	W1000xL1350
IM102	MultiGlide vertical S	W1000xL2000
IM108	MultiGlide vertical M	W1080xL800
IM120	MultiGlide vertical L	W1200xL700
IM130	MultiGlide vertical XXL	W1300xL800
IM168	MultiGlide vertical XXXL	W1600xL800
IM200	MultiGlide vertical XXXXL	W2000xL700
IM40	MultiGlide lateral XXS	W400xL400
IM62	MultiGlide lateral XS	W600xL250
IM66	MultiGlide lateral S	W600xL600
IM77	MultiGlide lateral M	W720xL700
IM88	MultiGlide lateral L	W800xL800
IM80	MultiGlide lateral XL	W720xL1000
IM83	MultiGlide lateral XXL	W720xL1300
IM82	MultiGlide lateral XXXL	W700xL2000
IM00100	MultiGlide SG vertical XXS	W1000xL700
IM00108	MultiGlide SG vertical M	W1080xL800
IM00120/1	MultiGlide SG vertical XL	W1200xL900
IM00139	MultiGlide SG vertical XXL	W1300xL900
IM00130	MultiGlide SG vertical XXL - mini	W1300xL800
IM00170	MultiGlide SG vertical XXL - wide	W1400xL1200
IM00200	MultiGlide SG vertical XXXXL	W2000xL700
IM0040	MultiGlide SG lateral XXS	W400xL400
IM0066	MultiGlide SG lateral S	W600xL600
IM0077	MultiGlide SG lateral M	W720xL700
IM0088	MultiGlide SG lateral L	W800xL800
IM0080	MultiGlide SG lateral XL	W720xL1000
IM0083	MultiGlide SG lateral XXL	W720xL1300
IM0082	MultiGlide SG vertical XXXXL	W700xL2000
IM100/140	MultiGlide open	W1000xL1400
IM00150/70	MultiGlide SG open	W1500xL700
IM2245	MultiGlide SG Roll. 10 metres	W1500xL10000
IM2249	MultiGlide SG Roll. 100 metres	W1500xL100000
IM60/25N	GlideCushion Nylon XS	W600xL250
IM60/50	GlideCushion S	W600xL500
IM60/90	GlideCushion M	W600xL900
IM69/70	GlideCushion L	W690xL700
IM90/90	GlideCushion XL	W900xL900
IM4303	GlideCushion S set Incl. IM60/50 + IM6000N	
IM130DR	MultiGlide w/handles	W1300xL800
IM160DR	MultiGlide w/handles	W1600xL800

Informations, service client

Inspection

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Etac. Si le client effectue/utilise des réglages, des réparations ou des combinaisons qui ne sont pas pré-déterminés par Etac, la certification CE d'Etac et la garantie d'Etac seront annulées.

Garantie : Garantie de deux ans sur les matériaux et les défauts de fabrication, à condition que le produit soit utilisé correctement. Avant de mettre un produit en service, effectuez toujours une évaluation des risques conformément à la législation nationale et/ou locale.


Première inspection :

- L'emballage est-il intact ?
- Lisez l'étiquette sur l'emballage et vérifiez le numéro d'article et la description du produit.



Inspection visuelle/Vérification du produit :

Veillez à ce que les matériaux, les coutures, les surpiquûres, les poignées et les boucles soient intacts/sans défaut.



Charge ou contrainte mécanique/

Test des poignées :

Tirez fortement les poignées dans des directions opposées et contrôlez les matériaux, les coutures et les surpiquûres.

Test des boucles :

Fermez la boucle et tirez dans des directions opposées. Contrôlez la boucle et les surpiquûres.

- Vérifiez que les instructions sommaires accompagnent le produit - vous pouvez télécharger un Manuel de l'utilisateur/Mode d'emploi mis à jour depuis le site www.etac.com ou l'obtenir en contactant le service client d'Etac ou le distributeur local.
- Vérifiez l'étiquette sur le produit - comporte-t-elle un n° d'article, une description du produit, un n° de lot/batch no, des instructions de nettoyage et le nom du fournisseur ?


Inspection périodique :

- Assurez-vous que votre système de transfert manuel est toujours en parfait état.
- Après un lavage - vérifiez toujours les matériaux, surpiquûres, poignées et boucles.
- Si le produit présente des signes d'usure, il doit être retiré du service immédiatement.



Test de stabilité :

Essayez de plier le produit et vérifiez qu'il semble ferme, stable et solide.



Test de friction basse/élevée :

Placez le produit sur une surface ferme ou un lit, placez vos mains sur le matériau et tester la friction en poussant avec les mains sur le produit. Friction basse - vos mains glissent sans effort. Friction élevée - vos mains ne glissent pas/ne bougent pas

Vérification

Aides au transfert manuelles avec poignées, sangles et boucles :



Aides au transfert manuelles pour positions assise et couchée :



Aides au transfert manuelles avec friction basse ou élevée :



En cas de doute, veuillez contacter le service client d'Etac ou le distributeur local pour plus d'informations et de conseils.

Le produit peut être mis au rebut conformément à la réglementation nationale.



Lire le manuel de l'utilisateur

Pour plus d'informations sur la formation et l'utilisation de ces produits, contactez les experts de transfert d'Etac - www.etac.com.



Classe 1 - Directive
du conseil européen
MDD 93/42/CEE relative
aux dispositifs médicaux.

Informazioni generali

Grazie per aver scelto un prodotto Etac.

Per evitare incidenti e lesioni durante lo spostamento e la movimentazione dei prodotti, leggere attentamente il manuale.

Nel presente manuale, il soggetto descritto come "l'utente" è la persona seduta o sdraiata sul prodotto. Gli assistenti sono coloro che manovrano il prodotto.



Questo simbolo è presente lungo le pagine del manuale. Richiama l'attenzione del lettore su punti che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dell'utente o dell'assistente.

I prodotti sono conformi alle norme applicabili per i prodotti di Classe 1 contenute nella Direttiva del Consiglio Europeo MDD 93/42/CEE sui dispositivi medici.

In Etac ci sforziamo di migliorare continuamente i nostri prodotti; pertanto, ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti senza preavviso. Tutte le misurazioni riportate nelle figure o in

altro materiale informativo sono puramente indicative: Etac non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori e difetti.

Le informazioni riportate nel presente manuale, ivi compresi raccomandazioni, combinazioni e dati dimensionali, non sono applicabili a ordini e modifiche speciali. Qualora il cliente effettui regolazioni, riparazioni o combinazioni non autorizzate da Etac, la certificazione CE di Etac e la garanzia di Etac decadono. In caso di dubbi, contattare Etac.

Garanzia: garanzia di due anni per difetti di materiali e di fabbricazione, purché il prodotto sia stato utilizzato correttamente.

Per maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi di trasferimento Etac, visitare il sito www.etac.com.

Smaltire il prodotto in conformità con le normative nazionali vigenti.

Panoramica dei simboli



Lavaggio



Livello di pH



Leggere il manuale dell'utente



Limite massa utente = carico nominale massimo



Non candeggiare



Pulire con un panno



Attenzione



Smaltire il prodotto in conformità con le normative nazionali vigenti



Asciugatura a tamburo a temperatura moderata



Non lasciare sul pavimento



Giorno, mese e anno di produzione
YYY-MM-DD



Produttore



Stiratura



Rischio di scivolamento



N. di serie/lotto



Classe 1 - Direttiva del Consiglio Europeo MDD 93/42/CEE sui dispositivi medici



Non lavare a secco



Non esporre ai raggi solari

Uso previsto

OneManSling è stato appositamente sviluppato per la movimentazione manuale di un utente o per sollevarlo più in

alto nel letto quando vi è un solo assistente disponibile per eseguire questa operazione.

Ambiente previsto

Assistenza di pazienti gravi, assistenza a lungo termine, assistenza domiciliare

Movimentazione pratica

Posizionamento

La cinghia nera è fissata a un elemento stabile della testata del letto.

Fissare la guaina scorrevole alla cinghia e farla passare oltre le impugnature, in modo che scorra fluidamente.

Uso

Sollevare l'utente più in alto nel letto

L'utente piega leggermente le gambe.

OneManSling viene spinto sotto le gambe dell'utente, poi tirato finché la guaina scorrevole non raggiunge il lato posteriore dell'utente.

Il resto della cinghia con le impugnature viene inserito sul lato opposto del letto.

L'assistente gira intorno al lato opposto del letto, all'altezza della testata. L'assistente posiziona un dispositivo MultiGlide sotto il cuscino dell'utente e lo abbassa in modo da coprire le spalle di quest'ultimo.

È possibile aggiungere ulteriori dispositivi scorrevoli sotto il lato posteriore dell'utente (e sotto le gambe, qualora l'utente non sia in grado di piegare le ginocchia).

L'assistente si posiziona con un piede in avanti e afferra una o due delle impugnature più vicine al fianco dell'utente facendo leva mediante lo spostamento del peso (figg. 1 e 2).

Se necessario, ripetere la procedura.

Terminata la movimentazione manuale, rimuovere MultiGlide e far passare OneManSling sul lato opposto all'estremità della testata, dove può essere riposto fino al prossimo uso.

Gambe nel letto

Fissare OneManSling a un elemento stabile della pediera del letto, su uno dei due lati (idealmente, lo stesso lato utilizzato dall'utente per sedersi sul bordo del letto).

Far passare OneManSling sotto le ginocchia dell'utente (il più vicino possibile alla pediera) e attorno alla caviglia dell'altra gamba, in modo che le gambe dell'utente si trovino sopra OneManSling.

Quando l'utente è pronto, l'assistente spinge le impugnature di OneManSling verso la pediera.

A questo punto, entrambe le gambe dell'utente sono tirate verso la pediera. L'assistente continua a muoversi ad arco intorno alla pediera, finendo sul lato opposto del letto.

Non è necessario sollevare la cinghia. L'assistente deve semplicemente muoversi ad arco intorno alla pediera. Quando l'assistente raggiunge la pediera sul lato opposto, può continuare a tirare la cinghia finché le gambe dell'utente non sono al centro del letto.

Per un movimento scorrevole ottimale, è possibile utilizzare GlideCushion o MultiGlide sul bordo del letto all'estremità della pediera sotto OneManSling.

N.B.: Questa movimentazione manuale deve essere eseguita da due assistenti nel caso in cui l'utente non sia in grado di appoggiare la parte superiore del corpo da solo. Se necessario, sollevare la testata del letto.

Avviso

Caratteristiche speciali

Controllare sempre il prodotto prima dell'uso e dopo il lavaggio.

Non utilizzare mai un prodotto difettoso. Smaltire il prodotto se questo presenta segni di usura.

Leggere attentamente le presenti istruzioni.

È importante che gli assistenti ricevano adeguate istruzioni sulla movimentazione manuale. Etac offre consulenza e formazione agli assistenti. Per maggiori informazioni, contattare Etac.

Utilizzare sempre le corrette tecniche di movimentazione manuale.

Se possibile, sollecitare l'utente a collaborare.

Per garantire che l'utente si senta sicuro e che ogni movimento sia fluido, pianificare sempre la movimentazione manuale in anticipo.



L'utente potrebbe scivolare. Non lasciare mai l'utente da solo sul bordo del letto.



Non lasciare mai il prodotto sul pavimento.



Eseguire sempre una valutazione dei rischi e accertarsi che il prodotto assistivo possa essere utilizzato per il singolo utente e che, in combinazione con altri dispositivi, sia sicuro per l'utente e gli assistenti.



Non usare il dispositivo come imbracatura.

In caso di dubbi, contattare Etac.

Materiali e pulizia

Materiale:

Cintura: Poliestere.

Guaina scorrevole:

Superficie interna: Nylon

Superficie esterna: Poliuretano

Imbottitura: Poliestere (lavabile in lavatrice a 95°C).

Controllare il prodotto regolarmente, preferibilmente ogni volta che viene utilizzato e in particolare dopo il lavaggio.

Controllare che non vi siano lacerazioni alle cuciture o al tessuto.

Istruzioni di lavaggio:

Separare le due parti prima del lavaggio.

Non usare ammorbidente.

Lavare il prodotto utilizzando un detergente privo di solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure una soluzione disinfettante al 70%.



Non tentare mai di riparare un prodotto da soli.

Non utilizzare mai un prodotto difettoso.

Prodotti e accessori

Articolo n.	Descrizione prodotto	Dimensioni (mm)
IM460PU	OneManSling	W75xL3000

Combinazioni

Articolo n.	Descrizione prodotto	Dimensioni (mm) (aperto sul lato orizzontale)
IM100	MultiGlide vertical XXS	W1000xL700
IM103/1	MultiGlide vertical XS	W1000xL1350
IM102	MultiGlide vertical S	W1000xL2000
IM108	MultiGlide vertical M	W1080xL800
IM120	MultiGlide vertical L	W1200xL700
IM130	MultiGlide vertical XXL	W1300xL800
IM168	MultiGlide vertical XXXL	W1600xL800
IM200	MultiGlide vertical XXXXL	W2000xL700
IM40	MultiGlide lateral XXS	W400xL400
IM62	MultiGlide lateral XS	W600xL250
IM66	MultiGlide lateral S	W600xL600
IM77	MultiGlide lateral M	W720xL700
IM88	MultiGlide lateral L	W800xL800
IM80	MultiGlide lateral XL	W720xL1000
IM83	MultiGlide lateral XXL	W720xL1300
IM82	MultiGlide lateral XXXL	W700xL2000
IM00100	MultiGlide SG vertical XXS	W1000xL700
IM00108	MultiGlide SG vertical M	W1080xL800
IM00120/1	MultiGlide SG vertical XL	W1200xL900
IM00139	MultiGlide SG vertical XXL	W1300xL900
IM00130	MultiGlide SG vertical XXL - mini	W1300xL800
IM00170	MultiGlide SG vertical XXL - wide	W1400xL1200
IM00200	MultiGlide SG vertical XXXXL	W2000xL700
IM0040	MultiGlide SG lateral XXS	W400xL400
IM0066	MultiGlide SG lateral S	W600xL600
IM0077	MultiGlide SG lateral M	W720xL700
IM0088	MultiGlide SG lateral L	W800xL800
IM0080	MultiGlide SG lateral XL	W720xL1000
IM0083	MultiGlide SG lateral XXL	W720xL1300
IM0082	MultiGlide SG vertical XXXXL	W700xL2000
IM100/140	MultiGlide open	W1000xL1400
IM00150/70	MultiGlide SG open	W1500xL700
IM2245	MultiGlide SG Roll. 10 metres	W1500xL10000
IM2249	MultiGlide SG Roll. 100 metres	W1500xL100000
IM60/25N	GlideCushion Nylon XS	W600xL250
IM60/50	GlideCushion S	W600xL500
IM60/90	GlideCushion M	W600xL900
IM69/70	GlideCushion L	W690xL700
IM90/90	GlideCushion XL	W900xL900
IM4303	GlideCushion S set Incl. IM60/50 + IM6000N	
IM130DR	MultiGlide w/handles	W1300xL800
IM160DR	MultiGlide w/handles	W1600xL800

Informazioni sull'assistenza

Ispezione

Grazie per aver scelto un prodotto Etac. Qualora il cliente effettui regolazioni, riparazioni o combinazioni non autorizzate da Etac, la certificazione CE di Etac e la garanzia di Etac decadono.

Garanzia: garanzia di due anni per difetti di materiali e di fabbricazione, purché il prodotto sia stato utilizzato correttamente. Prima di utilizzare un prodotto, eseguire sempre una valutazione dei rischi in conformità con la normativa nazionale e/o locale.


Prima ispezione:

- La confezione è intatta?
- Leggere l'etichetta sulla confezione e controllare il numero dell'articolo e la descrizione del prodotto.
- Verificare che il foglio di istruzioni sia presente nella confezione. È possibile scaricare la versione aggiornata del manuale dell'utente/delle istruzioni per l'uso dal sito www.etac.com oppure contattare il servizio clienti Etac o il proprio rivenditore locale.



Ispezione visiva/controllo del prodotto:

Assicurarsi che i materiali, le cuciture, le impunture, le impugnature e le fibbie siano intatti/privi di difetti.



Carico o sollecitazioni di tipo meccanico/ Test sulle impugnature:

Tirare con forza le impugnature in direzioni opposte; quindi, controllare il materiale, le cuciture e le impunture.

Test sulle fibbie:

Bloccare la fibbia e tirare in direzioni opposte; quindi, controllare la fibbia e le cuciture.

- Controllare l'etichetta sul prodotto: riporta il numero dell'articolo, la descrizione del prodotto, il numero di serie/lotto, le istruzioni per la pulizia e il nome del fornitore?

Ispezione periodica:

- Assicurarsi che il sistema di trasferimento manuale sia sempre in perfette condizioni.
- Dopo il lavaggio, verificare sempre lo stato di materiali, cuciture, impugnature e fibbie.
- Se il prodotto presenta segni di usura, dismetterlo immediatamente.



Test di stabilità:

Provare a piegare il prodotto e verificare che sia robusto, stabile e resistente.



Test di attrito basso/elevato:

Posizionare il dispositivo su una superficie resistente o un letto, poggiare le mani sul materiale e testarne l'attrito spingendo sul prodotto.

Attrito basso: scorre senza sforzo

Attrito elevato: non scorre/non si muove

Controlli da effettuare

Ausili per il trasferimento manuale con impugnature, cinghie e fibbie:



Ausili per il trasferimento manuale di utenti seduti e sdraiati:



Ausili per il trasferimento manuale con attrito basso o elevato:



Smaltire il prodotto in conformità con le normative nazionali vigenti

Leggere il manuale dell'utente

In caso di dubbi, contattare il servizio clienti Etac o il rivenditore locale per ulteriori informazioni e istruzioni.

Per ulteriori informazioni sulla formazione e l'uso di questi prodotti, contattare gli esperti in dispositivi di trasferimento Etac: www.etac.com.



Classe 1 - Consiglio europeo
Direttiva MDD 93/42/CEE
sui dispositivi medici

Información general

Gracias por elegir un producto Etac.

Para evitar cualquier tipo de accidente o lesión cuando mueva y maneje los productos, lea atentamente el manual.

La persona descrita como el «usuario» se referirá, en estas Instrucciones de uso, a la persona que está tumbada o sentada sobre el producto. Los cuidadores son las personas que manipulan el producto.



Este símbolo aparecerá al lado del texto en el manual. Le indica al lector aquellos puntos en los que puede existir un riesgo para la salud y la seguridad del usuario o del cuidador.

Los productos cumplen con la normativa aplicable para productos de la Clase 1, de la Directiva del Consejo Europeo MDD, 93/42/CEE, relativa a los dispositivos médicos.

En Etac, hacemos todo lo posible por mejorar constantemente nuestros productos y, por ese motivo, nos reservamos el derecho a modificar los productos sin previo aviso. Las medidas que se indican en las imágenes y en material similar se incluyen

solo a modo de guía y Etac queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad por errores y defectos.

La información incluida en este manual, incluidas las recomendaciones, las combinaciones y los tamaños, no resulta de aplicación para los pedidos especiales ni para las modificaciones. Si el cliente efectúa ajustes, reparaciones o combinaciones que no están previstas por Etac, la certificación Etac CE y la garantía de Etac serán nulas de pleno derecho. En caso de duda, póngase en contacto con Etac.

Garantía: garantía de dos años por defectos del material y de fabricación, siempre y cuando el producto se haya utilizado correctamente.

Para más información sobre la gama de productos de movilización de usuarios de Etac, consulte www.etac.com.

El producto se puede desechar de conformidad con la normativa nacional.

Símbolos generales



Lavado



Nivel pH



Leer el manual de usuario



Peso máximo del usuario = carga nominal máxima



No utilizar lejía



Pasar un paño



Cuidado



El producto se puede desechar de conformidad con la normativa nacional



Secar en secadora



No dejar nunca en el suelo



Año, mes y día de producción
YYYY-MM-DD



Fabricante



Planchar



Riesgo de resbalar



N.º de lote



Clase 1 - Directiva del Consejo Europeo MDD 93/42/CEE relativa a los dispositivos médicos



No limpiar en seco



Manténgase alejado de la luz del sol

Uso previsto

OneManSling ha sido desarrollado especialmente para subir manualmente a un usuario en la cama cuando solo hay un cuidador para llevar a cabo esta tarea.

Entorno de uso previsto

Cuidados intensivos, cuidados de larga duración, cuidados domiciliarios.

Modo de uso

Colocación

La correa trenzada negra se fija a una parte estable de la estructura de la cama en el cabecero de la cama.

Coloque la funda deslizante en la correa trenzada y pásela por las asas, de tal forma que se deslice sin engancharse.

Uso

Mover al usuario más arriba en la cama

El usuario flexiona las piernas ligeramente.

OneManSling se pasa por debajo de las piernas del usuario y se tira de él hasta que la funda deslizante esté tocando las nalgas del usuario.

El resto de la correa trenzada con asas se pasa al lado opuesto de la cama.

El cuidador se mueve al lado opuesto de la cama a la altura del cabecero. El cuidador coloca un MultiGlide debajo de la almohada del usuario y tira de él hacia abajo de tal forma que cubra los hombros del usuario.

Se pueden colocar más dispositivos deslizantes debajo de las nalgas del usuario (y debajo de las piernas, en caso de que el usuario no pueda flexionar las rodillas).

El cuidador se coloca de pie con un pie adelantado, sujetá una o dos asas (las que estén más cerca de la cadera del usuario), y lleva a cabo un traslado del peso (imágenes 1 y 2).

Puede repetir el procedimiento, en caso necesario.

Después de la movilización manual, quite MultiGlide y coloque OneManSling en el lado opuesto en el cabecero de la cama, donde podrá almacenarlo hasta su próximo uso.

Subir las piernas a la cama

Fije OneManSling a una parte estable de la estructura de la cama en el piecero en uno de los lados largos (el mismo lado en el que el usuario esté sentado en el borde de la cama).

Pase OneManSling por debajo de las rodillas del usuario (lo más cerca posible al piecero) y alrededor del tobillo de la otra pierna, de tal forma que las piernas del usuario estén encima de OneManSling.

Cuando el usuario esté listo, el cuidador tira de las asas de OneManSling en dirección al piecero.

Las dos piernas del usuario se colocarán ahora hacia el piecero. El cuidador sigue moviéndose alrededor del extremo de la cama describiendo un arco, para finalizar en el lado opuesto de la cama.

No es preciso quitar la correa trenzada. El cuidador solo tiene que moverse describiendo un arco alrededor del piecero. Cuando el cuidador alcance el piecero en el lado opuesto, puede seguir tirando de la correa hasta que las piernas del usuario estén en el centro de la cama.

Para conseguir un movimiento deslizante óptimo, puede utilizar un GlideCushion o MultiGlide en el borde de la cama en el piecero debajo de OneManSling.

Nota: si el usuario no puede recostar por sí solo la parte superior del cuerpo, esta movilización manual deberá llevarse a cabo por dos cuidadores. Puede elevarse el cabecero de la cama, en caso necesario.

Aviso

Características especiales

Verifique siempre el producto antes de usarlo y después de lavarlo.



Existe un riesgo de que el usuario se resbale. No deje nunca al usuario solo en el borde de la cama.

No utilice nunca un producto defectuoso. Si el producto presenta signos de desgaste o rotura, debe desecharse.



No deje nunca el producto en el suelo.

Lea estas instrucciones cuidadosamente.



Lleve a cabo siempre una evaluación de los riesgos, y asegúrese de que el producto asistencial puede utilizarse con el usuario concreto y combinado con otros dispositivos que sean seguros tanto para el usuario como para los cuidadores.

Utilice siempre las técnicas de movilización manual correctas.



No utilice el producto a modo de cincha.

Anime al usuario a ayudar cuando le resulte posible.

En caso de cualquier duda, póngase en contacto con Etac.

Para asegurarse de que el usuario se siente seguro y que cada movilización manual se hace de manera suave, planifique siempre con antelación la movilización manual.

Material y limpieza

Material:

Cinturón: Poliéster.

Funda deslizante:

Superficie interior: Nylon

Superficie exterior: poliuretano

Relleno: Poliéster (lavado a máquina a 95 °C).

El producto debería revisarse con regularidad, preferentemente cada vez que se use sobre todo después de haberlo lavado.

Compruebe que las costuras o el tejido no estén dañados.



**No intente reparar usted mismo el producto.
No utilice nunca un producto defectuoso.**

Instrucciones de lavado:

Separé las dos piezas antes de lavarlas.

No utilice suavizante.

El producto se puede limpiar con un agente limpiador sin disolventes con un nivel de pH entre 5-9, o una solución de desinfección al 70 %.



Productos y accesorios

Nº del artículo	Descripción del producto	Tamaño (mm)
IM460PU	OneManSling	W75xL3000

Combinaciones

Nº del artículo	Descripción del producto	Tamaño (mm) (abierto en el ancho)
IM100	MultiGlide vertical XXS	W1000xL700
IM103/1	MultiGlide vertical XS	W1000xL1350
IM102	MultiGlide vertical S	W1000xL2000
IM108	MultiGlide vertical M	W1080xL800
IM120	MultiGlide vertical L	W1200xL700
IM130	MultiGlide vertical XXL	W1300xL800
IM168	MultiGlide vertical XXXL	W1600xL800
IM200	MultiGlide vertical XXXXL	W2000xL700
IM40	MultiGlide lateral XXS	W400xL400
IM62	MultiGlide lateral XS	W600xL250
IM66	MultiGlide lateral S	W600xL600
IM77	MultiGlide lateral M	W720xL700
IM88	MultiGlide lateral L	W800xL800
IM80	MultiGlide lateral XL	W720xL1000
IM83	MultiGlide lateral XXL	W720xL1300
IM82	MultiGlide lateral XXXL	W700xL2000
IM00100	MultiGlide SG vertical XXS	W1000xL700
IM00108	MultiGlide SG vertical M	W1080xL800
IM00120/1	MultiGlide SG vertical XL	W1200xL900
IM00139	MultiGlide SG vertical XXL	W1300xL900
IM00130	MultiGlide SG vertical XXL - mini	W1300xL800
IM00170	MultiGlide SG vertical XXL - wide	W1400xL1200
IM00200	MultiGlide SG vertical XXXXL	W2000xL700
IM0040	MultiGlide SG lateral XXS	W400xL400
IM0066	MultiGlide SG lateral S	W600xL600
IM0077	MultiGlide SG lateral M	W720xL700
IM0088	MultiGlide SG lateral L	W800xL800
IM0080	MultiGlide SG lateral XL	W720xL1000
IM0083	MultiGlide SG lateral XXL	W720xL1300
IM0082	MultiGlide SG vertical XXXXL	W700xL2000
IM100/140	MultiGlide open	W1000xL1400
IM00150/70	MultiGlide SG open	W1500xL700
IM2245	MultiGlide SG Roll. 10 metres	W1500xL10000
IM2249	MultiGlide SG Roll. 100 metres	W1500xL100000
IM60/25N	GlideCushion Nylon XS	W600xL250
IM60/50	GlideCushion S	W600xL500
IM60/90	GlideCushion M	W600xL900
IM69/70	GlideCushion L	W690xL700
IM90/90	GlideCushion XL	W900xL900
IM4303	GlideCushion S set Incl. IM60/50 + IM6000N	
IM130DR	MultiGlide w/handles	W1300xL800
IM160DR	MultiGlide w/handles	W1600xL800

Información de mantenimiento

Inspección

Gracias por elegir un producto Etac. Si el cliente efectúa ajustes, reparaciones o combinaciones que no están previstas por Etac, la certificación Etac CE y la garantía de Etac serán nulas de pleno derecho.

Garantía: Garantía de dos años por defectos del material y de fabricación, siempre y cuando el producto se haya utilizado correctamente. Antes de proceder al mantenimiento de un producto, lleve a cabo siempre una evaluación de los riesgos de conformidad con la legislación nacional y/o local.


Primera inspección:

- ¿Está el envoltorio intacto?
- Lea la etiqueta del envoltorio y compruebe el número del artículo y la descripción del producto.



Inspección visual/Comprobación del producto:

Asegúrese de que los materiales, las costuras, las puntadas, las asas y las hebillas estén intactos/ perfectos.



Carga o esfuerzo mecánicos/Comprobación de las asas:

Tire con fuerza de las asas en direcciones opuestas y verifique el material, las costuras y las puntadas.

Comprobación de las hebillas:

Fije las hebillas y tire de ellas en direcciones opuestas, verifique la hebilla y las puntadas.

- Compruebe que estén incluidas las Instrucciones resumidas (puede descargar el Manual/las Instrucciones de uso del sitio web www.etac.com o poniéndose en contacto con el Servicio de atención al cliente de Etac o con su distribuidor local).
- Compruebe la etiqueta del producto. ¿Incluye el número del artículo, la descripción del producto, el número del lote, las instrucciones de limpieza y el nombre del proveedor?

Inspección periódica:

- Asegúrese de que su sistema de movilización manual esté siempre en perfecto estado.
- Después de lavarlo, compruebe siempre los materiales, las costuras, las asas y las hebillas.
- Si el producto presenta signos de desgaste y rotura, deberá retirarlo inmediatamente de servicio.



Test de estabilidad:

Intente doblar el producto y compruebe que parezca firme, estable y sólido.



Comprobación de la fricción baja/alta:

Coloque el producto sobre una superficie firme o una cama, ponga las manos sobre el material y compruebe la fricción deslizando las manos sobre el producto en sentido ascendente y descendente.

Fricción baja: se deslizan sin esfuerzo.

Fricción alta: no se deslizan/mueven.

Compruebe

Dispositivos de ayuda de traslado manual con asas, correas y hebillas:



Dispositivos de ayuda con una fricción alta o baja:



En caso de duda, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Etac o su distribuidor local para más información y consejos.

Dispositivos de ayuda de traslado manual para el traslado sentado y tumbado:



El producto se puede desechar de conformidad con la normativa nacional.



Leer el manual de usuario

Para más información sobre formación y el uso de estos productos, póngase en contacto con los especialistas en traslados de Etac (www.etac.com).



Clase 1 - Directiva del Consejo Europeo MDD 93/42/CEE relativa a los dispositivos médicos

Etac AB
Etac Immedia A/S
Egeskovvej 12
DK-8700 Horsens, Denmark
www.etac.com
etac.immedia@etac.com

